



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY<sup>A</sup>**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:  
NZ/220/34/W1/2015**

**Data:  
31.03.2015 r.**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/34/2015 na dostawę bezpiecznego zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

**Pytania Wykonawców:**

**ZESTAW 1**

**Dotyczy zadania nr 1:**

**1.** Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści probówki z cytrynianem sodu 1,8 mL 3,2% Vacuette o nr katalogowym 454321, które są odpowiednikiem probówek 1,8 mL z cytrynianem sodu Vacuteiner o nr kat 363080 Becton Dickinson?

Lista probówek walidowanych przez producenta analizatorów ACL zawiera wykaz rekomendowanych i nierekomendowanych probówek. W liście rekomendowanej znajdują się probówki różnych producentów systemów do pobierania krwi o różnej pojemności. Występują tam probówki o pojemności 1.8 (pojemność całkowita 2 ml) BD o nr kat 363080, które są tożsame z probówkami GBO o nr kat. 454321. Producenci aparatów walidują jedynie wybrane pojemności probówek do pobierania krwi od wybranych producentów. Probówka o pojemności 2 ml jest najbardziej powszechną objętością a ze względu na kompatybilność występujących na rynku systemów próżniowych zamkniętych, nie ma sensu walidować wszystkich probówek występujących na rynku, które i tak są tożsame. W załączeniu lista producenta.

Jednocześnie nadmieniamy, że zarówno probówka 1,8 mL Vacuette 454321 jak i probówka 1,8 mL Vacuteiner BD 363080 znajdują się na liście probówek zwalidowanych dedykowanych do statywów otwartych z oznaczeniem „Small OD, Low fill volume” (mała gęstość optyczna, niski poziom słupa krwi). Obie probówki natomiast nie zostały wpisane przez producenta na listę probówek nierekomendowanych do aparatów ACL300 I ACL500.

Ze względu na małą ilość zużycia probówek 2 ml do koagulologii -10.000 sztuk przez okres 24 miesięcy czyli około 13 probówek dziennie wnosimy o ich dopuszczenie probówek 1,8mL 3,2% Vacuette. Z naszego doświadczenia wynika, że nasi klienci pracujący na analizatorach ACL300 i ACL500 stosują probówki 2 ml Vacuette z cytrynianem sodu o podwójnej ściance o nr katalogowym 454321 bez ich otwierania. Na przestrzeni ostatnich 5 lat nasza firma nie otrzymała żadnej reklamacji wzywającej do zamiany probówek na inne objętości.

**Odp.:**

**Zamawiający w pozycji nr 5 : *Probówka z buforowanym roztworem cytrynianu sodu 3,2 % o poj. maksymalnej 2 ml i średnicy 13mm***

**dopuszcza probówki, które znajdują się na liście zwalidowanych probówek przez producenta analizatorów ACL 300 oraz ACL 500 do pracy bez konieczności otwierania probówek w analizatorach i nie wymagających dodatkowych adapterów do statywów.**



Dyrektor  
Naczelny  
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora  
ds. Lecznictwa  
(091) 81 39 012

Naczelna  
Pielęgniarka  
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno  
Administracyjnych  
(091) 81 39 014

Główny  
Księgowy  
(091) 81 39 015

2. Czy Zamawiający w ramach pakietu nr 1 w pozycji nr 5 dopuści probówki 1,8 mL o nr katalogowym 363080 od producenta firmy Becton Dickinson? – z doświadczeń Zamawiającego wynika, że probówki się sprawdziły z analizatorem pracującym w Państwa placówce. Probówka ta została wpisana przez producenta aparatów ACL na listę probówek rekomendowanych i jednocześnie wpisana na listę probówek do pracy do statywów „otwartych” z adnotacją „Small OD, Low fill volume” (co oznacza niewielką gęstość optyczną, niski poziom słupa krwi). Probówka nie została wpisana na listę probówek nierekomendowanych.

W załączeniu przesyłamy listę probówek rekomendowanych i nierekomendowanych.

**Odp.: Zamawiający w pozycji nr 5 : Probówka z buforowanym roztworem cytrynianu sodu 3,2 % o poj. maksymalnej 2 ml i średnicy 13mm**

**dopuszcza probówki, które znajdują się na liście zwalidowanych probówek przez producenta analizatorów ACL 300 oraz ACL 500 do pracy bez konieczności otwierania probówek. w analizatorach i nie wymagających dodatkowych adapterów do statywów.**

3. Oferowane przez nas mikroprobówki do krwi włośniczkowej mają funkcję samozamykającego się korka gdzie tuż po pobraniu krwi można usunąć kapilarę z probówki a korek zamknie się sam co umożliwi dokładne wymieszanie krwi w probówce z odczynnikiem.

Czy Zamawiający w pozycjach 19 i 20 dopuści wycenę kapilar do mikroprobówek lub lejków osobno z uwagi na inne wielkości opakowań probówek i kapilar?

**Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza**

4. Wnosimy o zmianę oceny punktacji jakościowej w pozycji nr 16. Zamawiający ocenia zabezpieczenie na igle w ilości 10 punktów zaś zabezpieczenie na uchwycie 0 punktów. Tymczasem po zmontowaniu igły z uchwytem tworzymy zestaw do wkłucia niezbędny do prawidłowego pobrania krwi i nie ma w tym momencie znaczenia czy zabezpieczenie znajduje się na igle czy na uchwycie.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę punktacji jakościowej dotyczącej pozycji nr 16.**

Prosimy o zmianę zapisu paragrafu 7 pkt. 1 umowy z:

Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 100 zł za każdy dzień/godzinę\* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 100 zł.

\* Za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

na:

Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,5% wartości zamówienia dostarczonego z opóźnieniem za każdy dzień/godzinę\* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 100 zł.

\* Za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

oraz zmianę zapisu paragrafu 7 punkt 3 z:

Brak reakcji **Wykonawcy** w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 200 zł za każdy dzień/godzinę\*zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

\*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości niedostarczonego, bądź wadliwego towaru.

na:

Brak reakcji **Wykonawcy** w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 0,5% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień/godzinę\* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

\*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości niedostarczonego, bądź wadliwego towaru.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody**

## **ZESTAW 2**

### **Pytanie nr 1 do zadania nr 2 pozycja 1:**

*„Zestaw do badań – parametry krytyczne – z napyloną heparyną litową balansowaną jonami wapnia – o pojemności około 1 ml – z bezpieczną igłą i zatyczką.”*

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie strzykawkę do gazometrii o pojemności nominalnej 3 ml .Naszą prośbę uzasadniamy faktem , iż taka strzykawka do gazometrii ma optymalną objętość pobrania 1,5 ml oraz posiada membranę samo odpowietrzającą. Takie parametry strzykawki pozwalają na znacznie lepsze wymieszanie próbki krwi z antykoagulantem.

**Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgody**

**Pytanie nr 2 do zadania nr 2 pozycja 1:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 ma na myśli strzykawkę do oznaczania parametrów krytycznych z napyłoną heparyną litową, balansowaną jonami wapnia z bezpieczną igłą i zatyczką oraz z membraną zapewniającą samo odpowietrzanie .Taki system pozwala na natychmiastowe napełnianie strzykawki krwią.

**Odp.: Nie Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 3 do zadania nr 1 Załącznik nr 1-A do SIWZ, punkt 7:**

*„Próbówki wykonane z tworzywa o dużej odporności mechanicznej, z możliwością oceny lipemii i hemolizy próbki – metodą wizualną. Nalepka nie powinna utrudniać oceny właściwości próbki”*

Czy Zamawiający uzna za spełniające wymóg dużej odporności mechanicznej, zaoferowanie w pozycji 13, próbki do OB. wykonanej z hartowanego szkła .Oferowana przez nas próbka jest jedyną próbka do OB. do metody automatycznej o podwyższonej referencyjności pomiaru OB. w szkłe zgodnie z wymogami CSLI .

**Odp.: Zamawiający dopuszcza próbki do OB wykonane z hartowanego szkła tylko w przypadku potwierdzenia zwiększonej odporności mechanicznej.**

**Pytanie 4 dot. załącznika 1-A do SIWZ warunki graniczne analizatora punkt. 7**

Prosimy o wydzielenie kosztów realizacji punktu 7 do oddzielnego pakietu wraz z wymogiem, iż oferenci składający ofertę na pakiet numer 1 muszą również złożyć ofertę na pakiet numer 3.Naszą prośbę uzasadniamy faktem , iż wartość ofert składanych wykonawcą przez firmę Asseco za podłączenie sprzętu do ich sieci LIS lub HIS bywa wielokrotnie wyższa niż oferty składane bezpośrednio Zamawiającemu, a koszty takiego podłączenia i tak finalnie obciążają Zamawiającego.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 5: dotyczy formularzy cenowych**

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Zgodnie bowiem z linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki próbki). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody**

Dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

**Pytanie 6 dot. § 7 ust. 1.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu dot. wysokości kar umownych w § 7 ust. 1 na następujący:

„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 2 % wartości zamówionych a nie dostarczonych produktów zł za każdy dzień/godzinę\* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 10,00 zł.\* Za godzinę w przypadku dostaw „cito”.”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 7 dot. § 7 ust. 4, 5, 6, 7, 8.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę kar umownych z określeń kwotowych na % w stosunku do wysokości miesięcznej dzierżawy? Należy zwrócić, że podane kary umowne przez Zamawiającego są abstrakcyjne i podlegają miarkowaniu przez Sąd, co narazi na dodatkowe koszty Zamawiającego w wyniku ewentualnego postępowania.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 8 dot. wzoru umowy :**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w § 2 :**

*„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.*

**Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”, izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).**

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 10 dot. wzoru umowy:**

W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizację maksymalnie .... dostaw miesięcznie, co daje liczbę ..... dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”

**Odp.: Zamówienia składane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego**

### **Pytanie 9 dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie § 3 formułując go w następujący sposób:

Naprawa Analizatora nastąpi w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych, przy czym czas reakcji serwisu po zgłoszeniu w formie pisemnej awarii / uszkodzenia Analizatora wynosi 48 godziny w dni robocze, licząc od otrzymania zawiadomienia o zaistniałej awarii / uszkodzeniu; za reakcję serwisową uważa się przy tym również kontakt telefoniczny/mailowy przedstawiciela serwisu.

W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe, prosimy o wpisanie do umowy osoby/osób upoważnionej/-ych przez Zamawiającego wraz z jej/ich numerem/-ami kontaktowych/-mi, która/-e będzie/będą w stanie:

1. zapewnić przedstawicielowi serwisu stałego dostępu do Analizatora w soboty i niedziele oraz dni świąteczne w godz.: od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>;
2. dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, pisemnego, merytorycznego potwierdzenia przez użytkownika pełnej sprawności Analizatora po naprawie;
3. dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, formalnego, pisemnego wykonania skutecznej naprawy Analizatora.

Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Należy mieć bowiem na uwadze, że naprawa dotyczy urządzeń specjalistycznych o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego sprowadzenie niektórych części zamiennych lub przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, jest w zasadzie niewykonalne.

Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby Wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody**

**DYREKTOR**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego**  
**dr n. med. Mariusz Pietrzak**