



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak: NZ/220/72/W1/2015

Data: 18.08.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/72/2015 pn. Dostawa elektrod oraz przetworników do krwawego pomiaru ciśnienia dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 3 w pozycji 1 zestawu w następującej konfiguracji: 1x przetwornik ciśnienia, 2 x kranik trójdrożny, 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 120 cm, 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 30cm, 1 x linia płuczająca, Połączenie z kablem interfejsowym bezpinowe, wodoszczelne
w pozycji 2 zestawu w następującej konfiguracji: 2x przetwornik ciśnienia, 4x kranik trójdrożny (czerowny + niebieski), 2 x dren ciśnieniowy 30 cm (czerwony i niebieski), 2 x dren ciśnieniowy 120 cm (czerwony i niebieski), 2 x linia płuczająca , Połączenie z kablem interfejsowym bezpinowe, wodoszczelne

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

ZESTAW 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 poz.1. elektrody biernej z systemem REM dla dzieci i dorosłych, bez pasa okalającego.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz 1. elektrody owalnej w rozmiarze 50x36mm, pozostałe wymagania bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz 2. elektrody w rozmiarze 43x46mm, pozostałe wymagania bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz 5. elektrody w rozmiarze 32mm, pozostałe wymagania bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelna
Pielęgniarka
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

ZESTAW 3

1. Dotyczy: Zadanie nr 1. Elektrody EKG dla dzieci i dorosłych. Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarze 32 x 41 mm, prostokątne, spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy: Zadanie nr 1. Elektrody EKG dla dzieci i dorosłych. Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarze 43 x 51 mm spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 4

Zadanie nr 1, pozycje 1, 2, 3, 4, 5

1. Prosimy o dopuszczenie elektrod EKG z wysokiej jakości sensorem Ag/AgC, którego powierzchnia jest nie mniejsza niż 77 mm²

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zadanie nr 1, pozycja 1

2. Prosimy o dopuszczenie elektrody EKG o wymiarach 36 x 40 mm, o kształcie ułatwiającym odklejanie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 2

3. Prosimy o dopuszczenie elektrody EKG o wymiarach 37,5 x 37,5 mm, o kształcie ułatwiającym odklejanie.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 4

4. Prosimy o dopuszczenie elektrody EKG owalnej, o wymiarach 50 x 48 mm, o kształcie ułatwiającym odklejanie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 5

1. Prosimy o dopuszczenie specjalnej elektrody EKG pediatrycznej, w kształcie rombu, o wymiarach całkowitych 38 x 60 mm, z żelzem ciekłym.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 5

Zadanie 1, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrody jednorazowego użytku o rozmiarze 57 x 34 mm, reszta warunków zgodna z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 1, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrody jednorazowego użytku o rozmiarze 57 x 34 mm, reszta warunków zgodna z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 1, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrody o wielkości 55 mm, reszta warunków zgodna z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 1, Pozycja 4

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrody o wielkości 55 mm, reszta warunków zgodna z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 1, Pozycja 5

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrody do zastosowań pediatrycznych o wielkości 24 mm, reszta warunków zgodna z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 1, Pozycja 5

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrody do zastosowań pediatrycznych o wielkości 35 mm, reszta warunków zgodna z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 1, Pozycje 1,2,5

Czy Zamawiający oczekują aby elektrody były jednorazowego, długotrwałego użytku?

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ.

ZESTAW 6

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

1.Dot. zadanie 3 pozycja nr 1:

Czy zamawiający dopuści przetworniki o następujących parametrach technicznych:

Linie pomiarowe jednorazowego użytku z przetwornikami 1–kanałowymi:

Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, zawierający podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża). Linia wstępnie wykalibrowana, gotowa do pracy bez potrzeby prekalibracji przy zastosowaniu zewnętrznych portów do kalibracji. Linie ciśnieniowe grubościennne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze złotym w uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelne, bezpinowe, osłonięte dodatkowym wodoszczelnym kołnierzem. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia, linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Średnice wszelkich elementów (linii i kraników) mają idealnie dobrane średnice – co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację wszystkich pęcherzyków powietrza. Produkt jednorazowy, sterylny , pakowany pojedynczo

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2.Dot. zadanie 3 pozycja nr 2:

Czy zamawiający dopuści przetworniki o następujących parametrach technicznych:

Linie pomiarowe jednorazowego użytku z przetwornikami 2–kanałowymi:

Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, podwójny, zawierający podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża). Linia wstępnie wykalibrowana, gotowa do pracy bez potrzeby prekalibracji przy zastosowaniu zewnętrznych portów do kalibracji. Linie ciśnieniowe grubościennne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze złotym w uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu. Linia tętnicza ze zintegrowanym urządzeniem do przepłukiwania 3 ml/h i zaworem odcinającym w kolorze czerwonym. Linia żylna ze zintegrowanym urządzeniem do przepłukiwania 3 ml/h i zaworem odcinającym w kolorze niebieskim. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelne, bezpinowe, osłonięte dodatkowym wodoszczelnym kołnierzem. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia, linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Średnice wszelkich elementów (linii i kraników) mają idealnie dobrane średnice – co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację wszystkich pęcherzyków powietrza.

Produkt jednorazowy, sterylny , pakowany pojedynczo.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytania dot. Wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający potwierdza, iż termin dostaw dotyczy dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku.

Odp.: Tak.

2. Prosimy Zamawiającego o dodanie do §1 ust. 5 wzoru umowy zastrzeżenia, że zmniejszenie ilości dostaw przez Zamawiającego nie może przekroczyć 20% wartości umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §2 ust. 7 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Prosimy zamawiającego o zmianę terminu dostaw na cito do 72 godzin roboczych od momentu otrzymania i potwierdzenia faksem Zamówienia (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kary umownej określonej w §3 ust. 1 wzoru umowy do 0,2% wartości dostarczonej ze zwłoką części zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu §3 ust. 2 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej będącej wynikiem konieczności dokonania przez Zamawiającego zakupu interwencyjnego do równowartości różnicy cen towarów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Prosimy o zmianę wysokości kar umownych w par. 3 ust. 3 do 0,2% reklamowanego towaru.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §3 ust. 4 poprzez naliczanie kary umownej w przypadku rozwiązania umowy od wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §5 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
- 1/ stwierdzenia, że dostarczane wyroby nie odpowiadają parametrom zawartym w ofercie Wykonawcy;
 - 2/ powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. trzykrotnego naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 3, § 3 ust. 3 umowy;
 - 3/ dostarczenia /trzeci przypadek/ wyrobu z istotnymi wadami jakościowymi;
 - 4/ dostarczenia /trzeci przypadek/ wyrobu z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy;
 - 5/ wygaśnięcia świadectwa dopuszczenia do obrotu dla oferowanych wyrobów i nie przedłużenia jego ważności;
 - 6/ odstąpienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia od finansowania świadczeń, w których wykorzystywane są wyroby będące przedmiotem zamówienia.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

p.o.DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska