



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
NZ/220/95/W2/2015

Data:
29.10.2015r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/95/2015 pn.: Dostawa zestawów jednorazowego użytku do procedury HIPEC wraz z zakupem urządzenia do chemioterapii dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Dotyczy przedmiotu zamówienia

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia równoważnego o wyższych parametrach technologicznych oraz bardziej zaawansowanych systemach bezpieczeństwa dla pacjenta i personelu, a w szczególności o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów urządzenia o następujących parametrach:

w części 1 - Aparat do chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii – dwuobwodowy

w punkcie I. Wymagania ogólne

w pozycji nr 3 dopuszczenie mocy urządzenia 700 W lub wykreślenie wymagania;

w pozycji nr 7 dopuszczenie 1 wymiennika ciepła lub wykreślenie wymagania;

w punkcie II. Wyposażenie

w pozycji nr 12 wykreślenie wymagania;

w pozycji nr 13 wykreślenie wymagania;

w części 2 – Zestaw jednorazowy drenów doprowadzających, odprowadzających i rezerwuar płynu dla systemu SunChip – wykreślenie nazwy własnej systemu;

w punkcie I. Wymagania ogólne

w pozycji nr 1 – zastąpienie aktualnego wymagania na: Zestawy jednorazowe dedykowane do procedury HIPEC dla zaferowanego systemu (urządzenia) zawierające wszystkie niezbędne elementy do wykonania procedury HIPEC;

w pozycji nr 2 - dopuszczenie innych kolorów dla zestawów lub wykreślenie wymagania;

w punkcie II. Wyposażenie

w pozycji nr 3 - linia do napełniania z 3 perforatorami – wykreślenie wymagania;

w pozycji nr 4 - linia odbierająca z filtrującym sitem na końcu i łącznikiem typu Y dla podłączenia czujnika temperatury o długości min. 300 cm – wykreślenie wymagania;



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(091) 813 9010

**p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(091) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelną**
(091) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(091) 813 9015

w pozycji nr 4 - linia dostarczająca z nie filtrującym sitem na końcu i łącznikiem typu Y dla podłączenia czujnika temperatury o długości min. 300 cm – wykreślenie wymagania;
w pozycji nr 5 - linia dostarczająca z nie filtrującym sitem na końcu i łącznikiem typu Y dla podłączenia czujnika temperatury o długości min. 300 cm – wykreślenie wymagania;
w pozycji nr 6 – wymiennik ciepła – wykreślenie wymagania;
w pozycji nr 7 – przedłużka – wykreślenie wymagania;
w pozycji nr 8 – minimum 2 zaciski – wykreślenie wymagania;
w pozycji nr 9 – minimum 2 korki – wykreślenie wymagania.

Odp.: Zamawiający postanawia, co następuje:

w części 1 - Aparat do chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii – dwuobwodowy
w punkcie I. Wymagania ogólne

w pozycji nr 3:

Zamawiający dopuszcza urządzenia o poborze mocy 700 – 1600W.

w części 1 - Aparat do chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii – dwuobwodowy
w punkcie I. Wymagania ogólne

w pozycji nr 7:

Zamawiający dopuszcza 1 wymiennik ciepła, gwarantujący bezpieczeństwo pacjenta.

w części 1 - Aparat do chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii – dwuobwodowy
w punkcie II. Wyposażenie

w pozycji nr 12 i 13:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne do opisanego w SIWZ.

w części 2 – Zestaw jednorazowy drenów doprowadzających, odprowadzających i rezerwuar płynu dla systemu SunChip:

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla nazwę własną systemu.

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

w części 2 – Zestaw jednorazowy drenów doprowadzających, odprowadzających i rezerwuar płynu
w punkcie I. Wymagania ogólne

w pozycji nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę i zastępuje dotychczasowy zapis: „Zestawy jednorazowe dedykowane do HIPEC” - zapisem: „Zestawy jednorazowe dedykowane do procedury HIPEC dla zaoferowanego systemu (urządzenia), zawierające wszystkie niezbędne elementy do wykonania procedury HIPEC”.

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

w części 2 – Zestaw jednorazowy drenów doprowadzających, odprowadzających i rezerwuar płynu
w punkcie I. Wymagania ogólne

w pozycji nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla sformułowanie: „1 zestaw biało-niebieski. 1 zestaw zielono-żółty”.

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

w części 2 – Zestaw jednorazowy drenów doprowadzających, odprowadzających i rezerwuar płynu w punkcie II. Wyposażenie

w pozycji nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, które charakteryzuje się analogiczną funkcjonalnością oraz nie wymaga od Zamawiającego żadnych dodatkowych urządzeń.

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- **termin składania ofert** – z 30.10.2015r. do godz. 09:00 na **03.11.2015r. do godziny 09:00,**
- **otwarcie ofert** – z 30.10.2015r. o godz. 09:30 na **03.11.2015r. o godzinie 9:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

➤ **rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 03.11.2015r. do godz. 09:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2015r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska