



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/99/W5/2015**

Szczecin, dnia 23.12.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/99/2015 pn. Dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii PTCA i PTA dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 13

Po ponownym przeanalizowaniu zapytań dotyczących zadania Nr 9 i Nr 13, Zamawiający dokonuje zmiany udzielonych wyjaśnień (zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: wyjaśnienia nr 3 z dnia 18.12.2015 r):

Zadanie Nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów antyproliferacyjnych o nieznacznie zmienionych parametrach:

- Siła radialna stentu: 1,5 bar (21,76 psi) dla średnic 2.0 – 2.5 mm oraz 1,8 bar (26,11 psi) dla średnic 2.75 – 4.0 mm
- Skrócenie stentu przy implantacji - 1%
- Śrenice stentu od 2.0 - 4.0 mm (7 średnic), długości stentu 8 - 32 mm (7 długości)

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów dotyczących siły radialnej stentu, skrócenia stentu, średnicy stentu, natomiast nie dopuszcza długości stentu 8-32 mm.

Zadanie Nr 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników balonowych do PTCA o nieznacznie zmienionych parametrach:

- niski profil wejścia 0,016
- niski profil balonu 0,025" dla średnicy 3.0 mm
- Średnice balonu: 1.25 mm; 1.5 mm; 2.0 mm; 2.25 mm; 2.5 mm; 2.75 mm; 3.0 mm; 3.5 mm; 4.0 mm
- ciśnienie nominalne 10 atm dla średnic 1.25 /1.50 mm oraz 6 atm dla średnic 2.00 - 4.00 mm

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowane parametry celników w zakresie profilu wejścia, profilu balonu oraz ciśnienia nominalnego, natomiast nie dopuszcza średnicy balonu.

ZESTAW 16

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 41 przewodników o długości 180 cm, 190 cm i 300 cm; pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(91) 813 9010

**p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 43 cewników balonowych o ciśnieniu RBP 11 – 18bar; pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 45 mikrosfer embolizacyjnych z możliwością wypełnienia sfer tylko doxorubicyną; pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 17

I. dot. opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1A-49 do SIWZ do Zadania Nr 49:

1. Prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych na każde Zadanie od nr 49.1. do 49.5. osobno w ramach „dużego” Zadania Nr 49, ponieważ zadania te obejmują asortyment różnych producentów. Alternatywnie prosimy o wydzielenie Zadania Nr 49.3. i 49.5. poza Zadanie Nr 49, tj. do osobnych zadań.

Uzasadnienie: Argumentem przemawiającym za wyodrębnieniem tych pozycji (zadań) jest fakt, że Wykonawca oferujący dany asortyment (wkłady lub złącza) może zaoferować je w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie niż dystrybutor pozyskujący ofertę na ten asortyment na wolnym rynku, co z pewnością będzie miało wpływ na racjonalne wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego. Na asortyment wyszczególniony w Pakiecie Nr 49 w całości ważną ofertę będzie mógł złożyć tylko ten podmiot, który pozyska od różnych producentów oferty na poszczególne części (zadania), co będzie miało z pewnością wpływ na zaoferowaną cenę ofertową. Taka pakietyzacja zamówienia narusza zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji – podstawowe zasady stosowane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym prosimy o wyodrębnienie wszystkich pozycji (zadań) do osobnych pakietów lub też o dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pozycje.

Odp. Tak, Zamawiający dokonuje podziału zadania nr 49 na odrębne zadania, tj. zadanie nr 49 i zadanie nr 53, 54, 55, 56. **Odpowiedź udzielono w wyjaśnieniu nr 2, zestaw 7.**

Powyższe zmiany zostały naniesione w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawiony, Załączniku nr 1A-49 do SIWZ (do zadania nr 49) – poprawiony oraz dodano Załącznik nr 1A-53 do SIWZ (do zadania nr 53), Załącznik nr 1A-54 do SIWZ (do zadania nr 54), Załącznik nr 1A-55 do SIWZ (do zadania nr 55), Załącznik nr 1A-56 do SIWZ (do zadania nr 56) oraz w rozdziale III SIWZ pkt. 1 poprzez zwiększenie liczby zadań do 56, a także w rozdziale VIII SIWZ pkt. 1 w zakresie wadium dla zadania nr 49, 53, 54, 55, 56:

Nr zadania	Kwota wadium
Zadanie nr 49	200,00 PLN
Zadanie nr 53	350,00 PLN
Zadanie nr 54	2 580,00 PLN
Zadanie nr 55	750,00 PLN
Zadanie nr 56	240,00 PLN

Zmiany zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

2. **Dot. Zadania Nr 49.1.** – Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania wkładu kompatybilnego z Medrad Mark V ProVis, składającego się z wkładu o pojemności 150 ml i złącza szybkiego napełniania ? (w pozycji nr 1).



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Odp. Nie. Zamawiający wymaga wkładów do wstrzykiwaczy ANGIOMAT ILLUMENA -zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, załącznik nr 1 do SIWZ poprawiony, zadanie nr 49

3. **Dot. Zadania Nr 49.2.** – Czy Zamawiający dopuszcza zestawy pakowane osobno (A+B) ze złączem o wytrzymałości do 375 PSI?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. **Dot. Zadania Nr 49.3.** – Prosimy o wydzielenie całego opisanego asortymentu w tym zadaniu do osobnego zadania, tj. poza Zadanie Nr 49 lub dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania (pozycje).

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. **Dot. Zadania Nr 49.4.** – Czy Zamawiający dopuści w zestawie złącze o wytrzymałości do 375 PSI?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. **Dot. Zadania Nr 49.5.** - Prosimy o wydzielenie całego opisanego asortymentu w tym zadaniu do osobnego zadania, tj. poza Zadanie Nr 49 lub dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania (pozycje).

Odp. Tak, Zamawiający dokonuje podziału zadania nr 49 na odrębne zadania, tj. zadanie nr 49 i zadanie nr 53, 54, 55, 56. *Odpowiedź udzielono w wyjaśnieniu nr 2, zestaw 7.*

II. dot. Projektu umowy – Załącznik Nr 5 do SIWZ:

1. Pytanie do § 1 ust. 7.

Czy Zamawiający dopuści zmianę powołanego ustępu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Wykonawca w chwili podpisania umowy przyjmuje na siebie obowiązek zagwarantowania ciągłości dostaw tak, aby umowę można było zrealizować (z wyjątkiem sytuacji, kiedy niedostarczony wyrób został wcześniej wstrzymany bądź wycofany z obrotu decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub w sytuacji kiedy Wykonawca przed złożeniem **niezwłocznie po złożeniu** zamówienia przez Zamawiającego przekazał mu pisemną informację od producenta wyrobu, którego dotyczy umowa o problemie z jego dostępnością).”

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza dokonania zmian.

2. Pytanie do §1 ust. 9.

Czy Zamawiający dopuści zmianę powołanego ustępu poprzez dodanie po zdaniu pierwszym zdanie o następującym brzmieniu:

„Nieudzielenie zgody przez Zamawiającego na dostarczanie odpowiednika przedmiotu zamówienia może nastąpić wyjątkowo z ważnych przyczyn.”.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza dokonania zmian.

3. Pytanie do § 2 ust. 2. Czy Zamawiający dopuści zmianę powołanego ustępu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Wykonawca gwarantuje niepodwyższanie cen **netto** przez cały okres trwania umowy.”

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza dokonania zmian.

4. Pytanie do § 2 ust. 6 zdanie pierwsze. Czy Zamawiający dopuści zmianę zdania pierwszego powołanego ustępu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Zapłata za dostarczone wyroby nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 60 dni od daty otrzymania partii towaru i **wystawienia faktury, której skan Zamawiający otrzyma w dniu dostawy zamówionego towaru, a oryginał niezwłocznie pocztą**”.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza dokonania zmian.

5. Pytanie do § 3 ust. 1. Czy Zamawiający dopuści zmianę powołanego ustępu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości $\pm 00-30$ zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 100 zł. **Kary nie nalicza się w przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia do naliczenia kary umownej na podstawie ust. 2 poniżej.**

* Za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza dokonania zmian.

6. Pytanie do § 3 ust. 2. Czy Zamawiający dopuści zmianę powołanego ustępu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„W przypadku upłynięcia 5 - dniowego roboczego lub 48 - godzinnego roboczego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 9 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową **pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do dokonania dostawy w dodatkowym terminie (minimum 3-dniowym w przypadku dostawy zwykłej / minimum 24h w przypadku dostawy na zamówienie „cito”).** Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o $\pm 010\%$, ale nie niższą niż 200 zł.

Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego złożenia (za pośrednictwem faksu). Przekazanie powyższej informacji jest równoznaczne z wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego zamówienia Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje (za pośrednictwem faksu) Zamawiającego o spodziewanej zwłoce w dostawie i dostarczy ją po złożeniu przez Zamawiającego powiadomienia o zakupie interwencyjnym, to przedmiot opóźnionej dostawy pozostaje do dyspozycji Wykonawcy w magazynie Zamawiającego **i może zostać zaliczony na poczet następnej dostawy.**”

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza dokonania zmian.

7. Pytanie do § 3 ust. 3. Czy Zamawiający dopuści zmianę powołanego ustępu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 5 dni,
- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy **uzupełni dostawę** o reklamowany towar w ciągu 48 godzin.

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości ± 0030 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości niedostarczonego, bądź wadliwego towaru”.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza dokonania zmian.

8. Pytanie do § 3 ust. 4. Czy Zamawiający dopuści zmianę powołanego ustępu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % całej wartości **niezrealizowanej części** umowy.”

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza dokonania zmian.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



9. Pytanie do § 5. Czy Zamawiający dopuści zmianę powołanego paragrafu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

- „ 1. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za porozumieniem stron.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
- 1) incydentu medycznego /pierwszy przypadek/ w postaci każdego wadliwego działania albo pogorszenia cech lub działania wyrobu medycznego, które doprowadziło lub mogło bezpośrednio lub pośrednio doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Warunkiem rozwiązania umowy przez Zamawiającego jest zgłoszenie incydentu medycznego Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, i stwierdzenia zasadności zgłoszenia w efekcie postępowania wyjaśniającego **oraz ustalenia bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy dostarczanym przez Wykonawcę wyrobem medycznym i zaistniałym incydentem medycznym.** **Uprawnienie Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym nie powstanie, w przypadku, gdy dostarczane przez Wykonawcę wyroby medyczne współpracują ze sprzętem, którego użycie doprowadziło do incydentu medycznego, a sprzętu tego nie dostarczał Wykonawca, chyba że zostanie potwierdzone, że incydent medyczny spowodowało użycie wyrobu dostarczanego przez Wykonawcę.** **(...)**
 - 2) stwierdzenia, że dostarczane wyroby nie odpowiadają parametrom zawartym w ofercie Wykonawcy;
 - 3) powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. dwukrotnego **trzykrotnego** naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 2 i § 3 ust. 3 do Umowy **miesiącu kalendarzowym;**
 - 4) dostarczania /drugi przypadek/ wyrobów z wadami jakościowymi **i nieuzupełnienie dostawy w umownym terminie;**
 - 5) dostarczania /drugi przypadek/ wyrobów z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy **i nieuzupełnienie dostawy w umownym terminie ;**
 - 6) powtarzających się /drugi przypadek/ dostaw wyrobów poza miejsce określone w umowie, tj. magazyn Medyczny Zamawiającego;
 - 7) wygaśnięcia świadectwa dopuszczenia do obrotu na oferowanych wyrobów i nie przedłużenia jego ważności;
 - 8) zakończenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy z NFZ na zakres świadczeń, w których wykorzystywane są wyroby będące przedmiotem zamówienia.
3. **W przypadkach określonych w ust. 1 powyżej Zamawiający zobowiązany jest do uprzedniego złożenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia o stwierdzeniu przypadków uprawniających do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym wzywając go do złożenia wyjaśnień lub zaprzestania naruszeń w wyznaczonym terminie.**”.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza dokonania zmian.

10. Pytanie do § 6 ust. 2 poprzez dodanie pkt 5). Czy Zamawiający dopuści zmianę ustępu poprzez nadanie punktu 5) o następującym brzmieniu:

- „5) **zmiane sposobu konfekcjonowania dostarczanych wyrobów medycznych w przypadku wprowadzenia takiej zmiany przez wytwórcę (producenta) tych wyrobów**”.

Odp. Proponowana zmiana zawarta jest w załączniku nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 7 ust. 2 pkt 5)



Dyrektor
SPWSZ

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.

(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna

(91) 813 9016

Główny
Księgowy

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



ZESTAW 18

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 21

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 załącznika nr 1A-21 do siwz przewodników hydrofilnych - miękkich o następujących parametrach:

- przewodnik o końcówce prostej i zagiętej
- długość przewodnik 145-150cm, 180cm, 260cm i 320cm
- dla średnicy 0.035" dostępne standardowe i krótkie ścięcia
- rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na złamania struktury podłużnej, rdzeń wykonany z jednego kawałka, kontrola, kontrola trakcji 1:1
- średnice 0.018"; 0.025"; 0.035"; 0.038"
- atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu
- trwała powłoka hydrofilna
- termin ważności co najmniej 12 miesięcy

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 załącznika nr 1A-21 do siwz przewodników hydrofilnych - siff o następujących parametrach:

- przewodnik o końcówce prostej i zagiętej
- długość przewodnik 145-150cm, 180cm, 260cm i 320cm
- dla średnicy 0.035" dostępne standardowe i długie ścięcia
- rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na złamania struktury podłużnej, rdzeń wykonany z jednego kawałka, kontrola, kontrola trakcji 1:1
- średnice 0.018"; 0.025"; 0.035"; 0.038"
- atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu
- trwała powłoka hydrofilna
- termin ważności co najmniej 12 miesięcy

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zmiany.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 35

3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 1A-35 do siwz cewników diagnostycznych do naczyń obwodowych o dostępnych długościach w przedziale: 65 do 125cm, a nie 70-135cm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zmiany.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 44

4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 i 2 załącznika nr 1A-44 do siwz introducerów zbrojonych o długości 45cm o średnicy wewnętrznej: 0.074" dla 5F; 0.087" dla 6F i 0.1" dla 7F wykonanych z PTFE o niskim współczynniku tarcia, bez powłoki hydrofilnej. Pozostałe wymagane parametry – zgodnie z siwz.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zmiany.

ZESTAW 19

1. dot. zadania nr 29 – cewnik aspiracyjny

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 29 cewnik aspiracyjny 6F kompatybilny z cennikiem prowadzącym 6 i 7F, światło cewnika: dystalne 0.947mm², proksymalne 1.040mm², o wskaźniku przepływu 115.2 cc/min, cewnik wzmocniony opłotem ze stali nierdzewnej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zmiany.

2. dot. zadania nr 12 – cewniki balonowe wysokociśnieniowe typu non – compliant

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewnika balonowego dedokowanego do CTO o trzech średnicach 1.1, 1.5 i 2.0mm, długościach 10, 15, 20 mm, ciśnienie nominalne dla średnicy 1.1 - 7atm, dla



Dyrektor
SPWSZ

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.

(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna

(91) 813 9016

Główny
Księgowy

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



średnicy 1.5, 2.0 – 11 atm, RBP 1.1 - 17atm, dla średnicy 1.5, 2.0 – 25 atm. crossing profile 0.021", Szaft proksymalny 1.9F, Szaft dystalny 2.25F ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zmiany.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(91) 813 9010

**p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(91) 813 9015