



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
EZP/220/6/W2/2016

Data:
25.04.2016r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/6/2016 pn.: Dostawa zestawu echoendoskopowego wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi urządzenia dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców, na które Zamawiający nie udzielił odpowiedzi w wyjaśnieniu i zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: EZP/220/6/W1/2016 z dnia 07.04.2016r.:

ZESTAW 1

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia „myjnia endoskopowa” oraz zapisów SIWZ i umowy paragraf 2

8. W ramach SIWZ jest opisana myjnia endoskopowa, która wymaga podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej zgodnie z dokumentacją techniczno-rozruchową. Wnosimy o modyfikację umowy poprzez dodanie w paragrafie 2 ustępu 10 umowy o następującym zapisie:
„Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania i zapewnienia miejsca w sposób umożliwiający jego instalację i odbiór”.

Odp.: Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania – wyposażenia pomieszczenia w przyłączy wody, przyłączy kanalizacyjne i zasilanie elektryczne w celu podłączenia i uruchomienia myjni endoskopowej.

Dotyczy zapisów umowy paragraf 3

25. W związku z koniecznością dostarczenia myjni endoskopowej, czy zamawiający gwarantuje, że na dzień instalacji będzie dysponował miejscem przygotowanym do instalacji myjni endoskopowej? W przeciwnym razie prosimy o umieszczeniu zapisu: „W przypadku braku możliwości instalacji z winy zamawiającego dostawca ma prawo do wystawienia faktury VAT po dostawie sprzętu potwierdzonym protokołem odbioru, a termin instalacji zostanie ustalony pomiędzy stronami.”

Odp.: Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania – wyposażenia pomieszczenia w przyłączy wody, przyłączy kanalizacyjne i zasilanie elektryczne w celu podłączenia i uruchomienia myjni endoskopowej.



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(091) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(091) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(091) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(091) 813 9015

Ponadto, Zamawiający celem doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia w zakresie myjni automatycznej do endoskopów, rozszerza tytuł części VI Specyfikacji technicznej – opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącej poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ w ten sposób, że zastępuje dotychczasowy zapis: „Myjnia automatyczna do endoskopów” zapisem: „Myjnia automatyczna do endoskopów jednostanowiskowa”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym II załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacji technicznej - opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

W oparciu o art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia i wniesienia wadium w poniższy sposób:

- termin składania ofert – z 29.04.2016r., do godz. 10:00 na 17.05.2016r., do godz. 10:00,
- termin wniesienia wadium – z 29.04.2016r., do godz. 10:00 na 17.05.2016r., do godz. 10:00,
- otwarcie ofert – z 29.04.2016r. o godz. 10:30 na 17.05.2016r. o godz. 10:30.

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

➤ rozdziale VIII SIWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 17.05.2016r. do godz. 10:00 w wysokości: 25.185,00 PLN.

➤ rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 17.05.2016r., do godz. 10:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2016r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
Małgorzata Usielska