

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV 33.16.80.00-5

Zadanie nr 1. Stent samorozprężalny do dróg żółciowych

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Stent samorozprężalny do dróg żółciowych: -do czasowego zakładania w zwężeniach po OLT, usuwalny, całkowicie pokrywany -długie lasso do usuwania -znaczniki rtg na końcach stentu i lassie -przewężenie stentu w części centralnej -średnica stentu po rozłożeniu 6 , 8,10 mm do wyboru przez zamawiającego -długość stentu 4,5 ,6, 7 cm +/- 0,5 cm do wyboru przez zamawiającego -średnica zestawu do wprowadzenia 8 Fr.+/- 0,5 Fr -długość zestawu do wprowadzenia 180 mm	3 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 2. Stent samorozprężalny do dróg żółciowych lub przewodu trzustkowego

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Stent samorozprężalny do dróg żółciowych lub przewodu trzustkowego -usuwalny -wykonanie z drutu nitynylowego w formie połączonych pierścieni o nieregularnym rozmiarze -powlekana –końce silikonem -część środkowa PTFE -wnętrze PTFE -system antymigracyjny –rozszerzenia na końcach stentu -średnica stentu6- 8-10 mm ,długość4-5- 6-7-8-9 -10 cm. do wyboru przez zamawiającego -średnica systemu uwalniania maksymalnie 8,5 Fr długość 180cm	6 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 3. Stent metalowy samorozprężalny do dróg żółciowych usuwalny przeznaczony m.in. do zmian łagodnych

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Stent metalowy samorozprężalny do dróg żółciowych usuwalny przeznaczony m.in. do zmian łagodnych -podany przez producenta maksymalny okres utrzymywania stentu -materiał nitinol -oznakowanie protezy w markery rtg oraz znacznik optyczny w systemie wprowadzającym -system migracyjny złożony z listków antymigracyjnych lub kołnierzy na końcówkach protezy -co najmniej 1 lasso do usuwania , przy 2- system do różnicowania rodzajów lassa -wprowadzenie przez endoskop -długość 40-60-80-100-120 mm –do wyboru przez zamawiającego. -szerokość 6 lub 10 mm – do wyboru przez zamawiającego.	5 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 4. Stent samorozprężalny do dróg żółciowych

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Stent samorozprężalny do dróg żółciowych -stent z nitylonu niepokrywany lub pokrywany silikonem z dwoma końcówkami odkrytymi -średnica stentu po rozłożeniu 8 lub 10 mm do wyboru przez zamawiającego -długość stentu 30,40,50 ,60,70,80,100 cm do wyboru przez zamawiającego -system do wprowadzenia 7 Fr. dla stentu niepokrywanego , oraz 9 Fr. dla pokrywanego -znaczniki rtg na końcach stentu, optyczny w systemie do wprowadzenia	16 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 5. Proteza do dróg żółciowych

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Proteza do dróg żółciowych -typu Amsterdam -wykonana z materiału zapewniającego przedłużoną drożność , cienkościenna -widoczna w promieniach RTG -długość protezy 5,7,10,12,15 cm do wyboru przez zamawiającego -średnica protezy 8;5; 10; 11,5Fr. do wyboru przez zamawiającego	10 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 6. Proteza do dróg żółciowych

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Proteza do dróg żółciowych -długość 5;7;9;12;15 cm do wyboru przez zamawiającego -średnica 8,5 ,lub 10 Fr. do wyboru przez zamawiającego -gięta centralnie lub dystalnie ,do wyboru przez zamawiającego -widoczna w promieniach RTG -dopuszczalny jeden otwór boczny dodatkowy na końcu temperowanym poza dwoma obecnymi przy zaczepach	10 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 7. Proteza do dróg żółciowych

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Proteza do dróg żółciowych -typu podwójny świński ogon -cienkościenna -znacznik endoskopowy od strony dwunastniczej -długość 3,5,7,10,12,15 cm do wyboru przez zamawiającego -średnica 7 i 10 Fr. do wyboru przez zamawiającego -widoczna w promieniach RTG	30 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 8. Proteza trzustkowa s-kształtna

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Proteza trzustkowa s-kształtna -średnica protez 7-8,5-10 Fr- do wyboru przez zamawiającego -długość protezy 6-8-10-12 cm- do wyboru przez zamawiającego.	10 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 9. Proteza trzustkowa

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Proteza trzustkowa o średnicy 3/5/7 Fr. długość 5,7 9 cm.	5 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 10. Prowadnice endoskopowe

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Prowadnice endoskopowe - o dwóch rodzajach giętkości końcówki-do wyboru przez zamawiającego - średnica 0,025" lub 0,035" do wyboru przez zamawiającego - długość 270 lub 450 cm do wyboru przez zamawiającego - końcówka prosta lub zakrzywiona do wyboru przez zamawiającego - końcówka z powłoką hydrofilną na długości 70 mm +/- 10 widoczna w RTG - system barwnego znakowania powłoki zewnętrznej na dystalnych 45 cm +/- 5 cm dla oceny odległości i ruchu	70 szt.

	-rdzeń przewodnicy nitylowy - przeniesienie momentu obrotowego z końca proksymalnego na dystalny 1:1 - izolowana elektrycznie	
--	---	--

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 11. Balony ekstrakcyjne do dróg żółciowych

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Balony ekstrakcyjne do dróg żółciowych -na krótkie lub długie przewodnice do wyboru przez zamawiającego -trzystopniowe –napełniane powietrzem z trzech skalibrowanych strzykawkę dołączonych do opakowania - wielkość standardowa –największa średnica balonu 15 mm ,oraz duży – największa średnica balonu 20 mm-do wyboru przez zamawiającego -podawanie kontrastu powyżej i poniżej balona do wyboru przez zamawiającego -znaczniki radiologiczne powyżej lub poniżej balona – do wyboru przez zamawiającego -kompatybilny z przewodnicą 0,035” -długość całkowita powyżej 180 cm -balon o kształcie jabłka	40 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 12. Szczotki cytologiczne do dróg żółciowych

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Szczotki cytologiczne do dróg żółciowych -do przewodnika 0,035” -średnica szczotki 3 mm	10 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 13. Cewnik do drenażu przezskórnego dróg żółciowych zewnętrzny

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Cewnik do drenażu przezskórnego dróg żółciowych zewnętrzny -średnica drenu 8,5 ; 10; 12; 14 Fr. – do wyboru przez zamawiającego - długość drenu 35-40 cm. - wewnętrzny system ufiksowania końcówki poprzez zaciągania żyłki lub nitki - dołączony system mocowania do skóry.	2 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 14. Wielorazowy sfinkterotom typu PUSH/PULL

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Wielorazowy sfinkterotom typu PUSH/PULL -stabilizator - ostrze 20 mm	1 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 15. Ustnik jednorazowego użytku endoskopowy

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Ustnik jednorazowego użytku endoskopowy -posiadające gumkę podtrzymującą	50 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 16. Igła do nakłucia dróg żółciowych

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Igła do nakłucia dróg żółciowych - teflonowa i/lub hydrofilna, długości 20-40cm, śr. od 2,5 do 4F, z metalowym zaostrozonym mandrynem, o śr. wewnętrznej przystosowanej do przewodników 0038	10 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 17. Prowadniki

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Prowadniki - hydrofilne, sztywne /typu stiff/ śr. od 0032 do 0038, długości 140-180cm, z miękkim końcem długości od 2 do 6cm, zagiętym pod kątem 15 do 45 stopni - koniec o wzmożonej widoczności podczas prześwietlenia. Przystosowane do współpracy z w/w sprzętem	10 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 18. Dreny przezskórne wątrobowo-jelitowe

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Dreny przezskórne wątrobowo-jelitowe - długość 35-40 cm -fiksacja drenu poprzez zaciągnięcie nitki -średnica 8-10-12-14 Fr +/- 0,5 – do wyboru przez zamawiającego - załączony system do mocowania do skóry.	6 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 19. Przyrządy do endoskopii

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Igły jednorazowe do ostrzykiwania krwawiących zmian : średnica -0,6- 0,7 mm, średnica korpusu 1,8mm, długość robocza -200-240 cm , mechanizm regulacji długości wysuwania igły z możliwością blokady w wybranej pozycji, osłonka teflonowa	50 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 20. Zestawy do ligacji

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Zestaw do ligacji żyłaków przełyku - 6 opaskowy	4 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 21. Sondy nosowo-jelitowe

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
2.	Sonda nosowo-jelitowa - French-10,długość -240 cm-wprowadzana endoskopowo	10 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 22. Zestawy

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Zestaw do przez skórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) -wykonanie z poliuretanu -kontrastuje się w RTG -średnica Ch -20 -zestaw ma zawierać w swoim składzie : obłożenie pola zabiegu, skalpel, pętlę, nożyczki, gaziki.	6 szt.
2.	Zgłębnik do wymiany przez skórnej endoskopowej gastrostomii (PEG): - z balonikiem pojemności 20ml - śr Ch 22 -śr Ch 24	5 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 23. Dreny do pompy płuczącej

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Dreny do pompy płuczącej kompatybilne z pompą firmy OLYMPUS OFP 2	300 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.