



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
EZP/220/76/ 2016/2**

Szczecin, dnia 06.12.2016 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/76/2016, pn.: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku z włókny dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający modyfikuje odpowiedź udzieloną pismem EZP/220/76/2016/1 z dnia 06.12.2016 r. na pytanie dotyczące Zadania nr 5 poz.1, poz.2.

ZESTAW 12

Zadania nr 5 poz.1, poz.2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wykonanego z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m², odporności na penetrację wody, płynów > 20 dmH₂O, wytrzymałości na rozrywanie i manipulację na mokro i sucho min.200 kPa, wytrzymałości na rozciąganie wzdłużne na sucho i mokro min.110 N, wytrzymałości na rozciąganie poprzeczne na sucho i mokro min.62 N, chłonność 400%, spełniającego pozostałe warunki SIWZ.

Odpowiedź po zmianie: Zamawiający dopuszcza

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
Małgorzata Usielska**



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelną**
(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(91) 813 9015