



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:

EZP/220/84/2016/3

Szczecin, dn. 15.12.2016r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/84/2016, pn.: wyrobów medycznych jednorazowego użytku, kaniul, strzykawek, igieł, papierów rejestrujących do urządzeń medycznych, testów oraz rękawów do sterylizacji, elektrod do termoablacji, etykiet papierowych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Zamawiający wprowadza modyfikacje w załączniku nr 1A do SIWZ – Parametry oceny oraz w załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy i w załączniku nr 4A do SIWZ – Projekt umowy.

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pytanie 1. dot. Projektu umowy – par. 1 ust. 5

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 1 ust. 5.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. dot. Projektu umowy – par. 1 ust. 6

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający biorąc pod uwagę dynamikę potrzeb Szpitala nie jest w stanie określić minimalnego zakresu zamówienia.

ZESTAW 2

Pytanie 1. dot. zadania nr 16 poz. 1-7

Czy Zamawiający w zadaniu nr 16 pozycje od 1 do 7 dopuści kaniule w następujących rozmiarach:

24G - Ø 0.4 - 0.7 mm, długość 19mm, 20ml/min (żółta)

22G - Ø 0.5 - 0.8 mm, długość 25mm, 36ml/min (niebieska)

20G- Ø 0.7 – 1.0 mm, długość 32mm, 60ml/min (różowa)

18G - Ø 0.9 – 1.2 mm, długość 40mm, 90ml/min (zielona)

17G - Ø 1.1 – 1.4 mm, długość 42mm, 140ml/min (biała)

16G - Ø 1.3 – 1.7 mm, długość 42mm, 180ml/min (szara)

14G- Ø 1.8 – 2.1 mm, długość 42mm, 240ml/min (pomarańczowa)

- cienkościenna, wysokoprzepływowa, przezroczysta kaniula teflonowa (PTFE) z zastawką do wstrzyknięć



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



- zastawka do wstrzyknięć z kapturkiem zabezpieczającym
- możliwe podawanie wielokrotnie iniekcji podczas trwającego wlewu dożylnego (tylko strzykawką)
- konstrukcja kaniuli zapobiegająca procesowi cofania się krwi
- filtr hydrofobowy
- ścięcie igły typu BLACK CUT
- skrzydełko mocujące kaniule
- koreczek Luer-Lock
- kaniule cieniujące w promieniach RTG – 4 widoczne paski – znacznik rtg inkorporowany w materiał
- kaniule wyposażone w samo domykający się obrotowy korek portu bocznego
- nie zawierają lateksu i PCV?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2. dot. zadania nr 16 poz. 8

Czy Zamawiający w zadaniu nr 16 pozycja 8 dopuści kaniule w następujących rozmiarach:

Rozmiar -22G, dł 25 mm, przepływ 36 ml/min śr (0.6-0.9) niebieska

Rozmiar-20G, dł 32 mm, przepływ 60 ml/min śr (0.8-1.1) różowa

Rozmiar-18G, dł 45 mm, przepływ 90 ml/min śr (1.0-1.3) zielona

Rozmiar-17G, dł 45 mm, przepływ 125 ml/min śr (1.2-1.5) biała

Rozmiar-16G, dł 45 mm, przepływ 180 ml/min śr (1.4-1.7) szara

Rozmiar-14G, dł 45 mm, przepływ 270 ml/min śr (1.6-2.1) pomarańczowa

- cienkościenna, wysokoprzepływową, przezroczystą kaniulą teflonową (PTFE) z zastawką do wstrzyknięć, odporna na złamania igła prowadząca.
- zastawka do wstrzyknięć z kapturkiem zabezpieczającym
- możliwe podawanie wielokrotnie iniekcji podczas trwającego wlewu dożylnego (tylko strzykawką)
- konstrukcja kaniuli zapobiegająca procesowi cofania się krwi
- filtr hydrofobowy
- ścięcie igły typu BLACK CUT
- skrzydełko mocujące kaniule
- koreczek Luer-Lock
- kaniule cieniujące w promieniach RTG – 2 grube widoczne paski odpowiadające swoją grubością czterem cienkim
- kaniule wyposażone w samo domykający się obrotowy korek portu bocznego z kolorowym oznaczeniem według standardów ISO
- wyposażona w system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniający techniki założenia. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu na kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Możliwość stosowania w tomografii komputerowej. Pakowana pojedynczo

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. dot. zadania nr 16 poz. 9

Czy Zamawiający w zadaniu 16, pozycja 9 dopuści koreczki jednorazowe do zabezpieczenia wkłucia dożylnego typu luer– lock z trzpieniem zamykającym światło kaniuli kończący się powyżej krawędzi koreczka?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 4. dot. zadania nr 16 poz. 10

Czy Zamawiający w zadaniu 16, pozycja 10 dopuści koreczki dwustronne (combi) w kolorze czerwonym do zabezpieczenia wkłucia dożylnego typu luer– lock z trzpieniem zamykającym światło kaniuli kończący się powyżej krawędzi koreczka , sterylne poj. pakowane, na każdym opakowaniu jednostkowym oznaczenie daty ważności i serii?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5. dot. zadania nr 16 poz. 9

Czy Zamawiający w zadaniu 41 dopuści:
zamknięty system bezigłowy posiadający całkowicie przezroczystą obudowę ułatwiającą obserwację przepływających płynów. Posiada silikonową łatwą do dezynfekcji membranę (dezynfekcja przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, ma prosty tor przepływu, oraz podzielną membranę typu Split septum, łatwą do dezynfekcji przy użyciu najnowszych dezynfektantów. Jest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, lekarstwa oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie do 350 psi, posiada przepływ do 600ml/min, objętość wypełnienia do 0,07 ml. Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć (720 aktywacji). Pakowany pojedynczo, sterylno?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 3

Pytanie 1. dot. zadania nr 40 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkładki do defibrylacji o rozmiarze 15,1x13,9 znanej i renomowanej firmy Leonhard Lang?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

ZESTAW 4

Pytanie 1. dot. Projektu umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 2. dot. Projektu umowy

Zważywszy na treść § 1 ust. 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający będzie składał zamówienia zgodnie z bieżącymi potrzebami Szpitala.

Pytanie 3. dot. Projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowa „50% wartości zamawianej partii towaru” zostały zastąpione słowami „50% wartości towaru niedostarczonego w terminie”?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4. dot. Projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 4 wzoru umowy po słowach „w ciągu 24 godzin” dodane zostały słowa „(za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)”?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy i w poprawionym Załączniku nr 4A do SIWZ – Projekt umowy, które zostały



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie 5. dot. Projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 7 wzoru umowy słowa „2% całej wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1” zostały zastąpione słowami „2% niezrealizowanej wartości umowy”?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 5

Pytanie 1. dot. zadania nr 4 poz.1,2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 4 poz. 1,2 i utworzenie odrębnego pakietu np. 4A. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. dot. Zadania nr 4 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 4 poz. 1 drenu do ssaka z końcówką męsko-żeńską, jałowy Ch 24, dł. min. 200mm z możliwością zamknięcia końcówki. Wykonany z medycznego PVC, o różnych średnicach wewnętrznych 5mm, 6mm, 7mm (do wyboru Zamawiającego).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3. dot. Zadania nr 4 poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 4 poz. 2 drenu do ssaka z końcówką żeńsko-żeńską, jałowy Ch 24, dł. min. 270mm-310mm z regulowaną średnicą otworu, z możliwością zamknięcia końcówki. Wykonany z medycznego PVC, o różnych średnicach wewnętrznych 5mm, 6mm, 7mm (do wyboru Zamawiającego).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4. dot. Pełnomocnictwa – podpisania oferty

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

ODPOWIEDŹ: O zakresie umocowania pełnomocnika do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego decyduje mocodawca (udzielający pełnomocnictwa). Pełnomocnik uprawniony będzie do dokonywania tych czynności, do których dokonywania w imieniu i na rzecz mocodawcy został umocowany. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wymaga złożenia pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku podmiotów zbiorowych pełnomocnictwo powinno zostać udzielone przez osoby umocowane do reprezentowania tych podmiotów - zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji lub zgodnie z udzielonym mocodawcy wcześniej pełnomocnictwem uprawniającym do udzielania dalszych pełnomocnictw (w tym przypadku Zamawiający wymaga złożenia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa udzielonego mocodawcy).



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 5. dot. Projekt umowy §1 pkt.7,9

Wnosimy o dokonanie modyfikacji w/w pkt-ów wzoru umowy poprzez dopisanie: „..... z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6. dot. Projekt umowy §3 pkt.2

Nawiązując do w/w paragrafu projektu umowy stanowiącej element SIWZ pragniemy zwrócić się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, dotyczących zakupów interwencyjnych, które stanowią **równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 200 zł.**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7. dot. Projekt umowy §3 pkt.3

Wnosimy o modyfikację w/w punktu wzoru umowy na:

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- **braków ilościowych – w ciągu 3 dni,**

- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar **w ciągu 3 dni.**

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości **0,5% wartości zareklamowanego asortymentu**, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8. dot. Projekt umowy §3 pkt.4

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 2% całej wartości umowy w przypadku rozwiązania umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 6

Pytanie 1. dot. zadania nr 44, poz.1

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, Z PEWNA KORZYŚCIĄ EKONOMICZNĄ DLA SZPITALA, KTÓRY DOKONA WYBORU SPOŚRÓD WIĘKSZEJ ILOŚCI OFERT, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie uchwytu elektrod jednorazowego użytku, z dwoma przyciskami, długość 165mm, do elektrod z trzonkiem Ø 2,38mm(wymagane 2,40 mm), z kablem o dł. min. 3m, wtyczką 3-bolcową, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

ZESTAW 7

Pytanie 1. dot. zadania nr 1, pozycja 10-11

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 10 i 11 z zadania nr 1 i utworzenie osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. dot. zadania nr 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na płyny ustrojowe o pojemności 10 ml, spełniający pozostałe parametry?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 3. dot. zadania nr 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na płyny ustrojowe o pojemności 40 ml, spełniający pozostałe parametry?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4. Zadania nr 3, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści regulator grawitacyjny do precyzyjnej infuzji z regulacją prędkości przepływu w zakresie 5-250 ml/h?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5. dot. zadania nr 3, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści regulator grawitacyjny do precyzyjnej infuzji z podwójną skalą w ml/h dla 10% i 40% roztworów (ml/h oraz procentowe oznakowanie na regulatorze), spełniający pozostałe parametry?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 6. dot. zadania nr 3, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści regulator grawitacyjny do precyzyjnej infuzji z przeciernym drenem o długości całkowitej 50 cm, spełniający pozostałe parametry?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 7. dot. zadania nr 3, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany z medycznego PCV, spełniający pozostałe parametry?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8. dot. zadania nr 3, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny z 4 otworami bocznymi?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9. dot. zadania nr 3, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarach: śr. od CH 20-40?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 10 dot. zadania nr 3, pozycja 41 – Czy Zamawiający dopuści worek na wymioty wykonany z polietylenu z podziałką od 100 do 1500 ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 11. dot. zadania nr 3, pozycja 45

Czy Zamawiający oczekuje aplikatora gąbkowego do jamy ustnej nawilżonego substancją odświeżającą, dla pełnego komfortu użytkowania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 12. dot. zadania nr 40, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład defibrylacyjny o wymiarach 165x133, spełniający pozostałe parametry?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 8

Pytanie 1. dot. zadania 15, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 15, w pozycjach 1 i 2, maski do podawania tlenu o długości 2m.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 2. dot. zadania 15, poz. 1, 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 15, w pozycji 1,2,3 produktów czystych mikrobiologicznie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 9

Pytanie 1. dot. zadania 44, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt elektrody jednorazowego użytku o długości 155mm? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

ZESTAW 10

Pytanie 1. dot. zadania nr 23, poz. nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażonego w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny z specjalnie zaprojektowaną konstrukcją umożliwiającą umieszczanie końcówki drenu w jamie ciała pacjenta bez potrzeby penetracji odbytu przy użyciu palca; port do napełniania balonika retencyjnego; zestaw posiada strzykawkę z podziałką o pojemności 45ml do napełnienia balonika retencyjnego, która ułatwia określenie momentu napełnienia balonu i zapobiega jego przepełnienia oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. Czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane: 100ml, 250ml, 400ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml oraz z filtrem węglowym.

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania potwierdzonych badań klinicznych potwierdzających czas stosowania. System jest skuteczny pomimo braku badań klinicznych nie prowadzonych ze względu na przeznaczenie / zastosowanie sprzętu (doodbytnicze podczas biegunki, czyli w środowisku z dużą ilością bakterii coli).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2. dot. zadania nr 23, poz. nr 2.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych kompatybilnych z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1500 ml, skalowane: 100ml, 250ml, 400ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml, nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

ZESTAW 11

Pytanie 1. dot. zadania 42, poz 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w tej pozycji pojemnika chirurgicznego z neutralną formaliną 10% z zakręcaną nakrętką o pojemności 100-120ml. zamiast 125ml?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



ZESTAW 12

Pytanie 1. dot. zadania 7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jaka ilość punktowa będzie przyznana w Pakiecie nr 7 (pojemnik na materiał skażony) w pozycji nr 6 (pojemniki z polietylenu).

ODPOWIEDŹ: Wymóg jakościowy w zadaniu 7 dotyczyć powinien pozycji 1-5.

Zamawiający wprowadził modyfikacje w poprawionym Załączniku nr 1A do SIWZ – Parametry oceny, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

ZESTAW 13

Pytanie 1. dot. zadania 41, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępow naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2. dot. zadania 41, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. papier-folia z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 14

Pytanie 1. dot. zadania 41

Czy Zamawiający dopuści zamknięty bezigłowy łącznik dostępu bezigłowego o długości max. 3 cm, w którym membrana zlicowana jest z górną powierzchnią korpusu i osadzona na poliwęglanowej kaniuli zapewniającej prostoliniowy tor przepływu, o prędkości przepływu 350 ml/min, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 7 bar=101,5 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 2,6 bar=37,7 psi, o możliwości podłączenia u pacjenta na minimum 7 dni lub 400 aktywacji? Produkt ten charakteryzuje się jednym z najniższych objętości refluksu wśród dostępnych w sprzedaży co pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń odcewnikowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2. dot. zadania 45

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem o długości 13,5 cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3. dot. zadania 46

Czy Zamawiający dopuści igły do portów przystosowane do iniekcji pod ciśnieniem do 300 psi (20.41 bar)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 4. dot. zadania 46

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia igieł z drenem do portów wyposażonych w skrzydełka, odpinane po wpięciu igły, które nie ograniczają widoczności miejsca wkłucia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 15

Pytanie 1. dot. zadania 15, poz. 4

Czy Zamawiający w zadaniu 15, poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie:

- maska krtaniowa z samoczynnie pompującym się mankietem,
- rurka maski zagięta pod kątem ponad 70 stopni
- z dodatkowym otworem poprawiającym efektywność wentylacji, zapobiegającym możliwości wklinowania nagłośni
- szkielet maski „ożebrowany” zapobiegający efektowi „wywijania” podczas zakładania
- możliwość wprowadzenia standardowej rurki intubacyjnej przez maskę
- rurka maski wzmocniona, wykonana z przezroczystego PCV, bez zawartości ftalanów DEHP oraz lateksu
- łącznik maski kodowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru, informacja o rozmiarze i wadze pacjenta umieszczona na rurce
- rozmiary: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg, sterylna ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2. dot. zadania 15, poz. 4

Czy Zamawiający w zadaniu 15, poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie:

- maska krtaniowa z mankietem,
- rurka maski zagięta pod kątem ponad 70 stopni
- z dodatkowym otworem poprawiającym efektywność wentylacji, zapobiegającym możliwości wklinowania nagłośni
- szkielet maski „ożebrowany” zapobiegający efektowi „wywijania” podczas zakładania
- możliwość wprowadzenia standardowej rurki intubacyjnej przez maskę
- rurka maski wzmocniona, wykonana z przezroczystego PCV, bez zawartości ftalanów DEHP oraz lateksu
- łącznik maski kodowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru, informacja o rozmiarze, wadze pacjenta i objętości wypełniającej mankiet umieszczona na rurce
- rozmiary: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg, sterylna?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. dot. zadania 15, poz. 4

Czy Zamawiający w zadaniu 15, poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie:

- maska krtaniowa z mankietem,
- rurka maski zagięta pod kątem ponad 70 stopni
- łącznik maski kodowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru, informacja o rozmiarze, wadze pacjenta i objętości wypełniającej mankiet umieszczona na rurce
- rozmiary: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg
- sterylna
- pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4. dot. zadania 20, poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu 20, poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra elektrostatycznego o lepszych parametrach:

- filtr elektrostatyczny o wyższej skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , p/wirusowej 99,9999%,



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



- z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H₂O/l przy Vt 250 ml,
- medium filtracyjne hydrofobowe,
- mniejsza przestrzeń martwa: 25 ml,
- mniejsze opory przepływu: 4,6 cm H₂O przy 20 l/min.,
- objętość oddechowa Vt 75-250 ml,
- niższa waga 15 g,
- utrata wilgotności 6 mg H₂O/l przy Vt 75 ml,
- filtr ze złączem prostym, z portem oraz zakręcanym korkiem luer-lock.
- objęte kontrolą jakości – 100 % wyrobów
- zgodny z obowiązującymi normami
- sterylny?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5. dot. zadania 20, poz. 3

Czy Zamawiający w zadaniu 20, poz. 3 wyrazi zgodę na zaferowanie

- Sterylny elektrostatyczny filtr oddechowy, antybakteryjny i antywirusowy, hydrofobowy, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii, zakres objętości oddechowej VT 150-1500ml,
- większa wydajność nawilżania dla VT500ml min 3683mg/l,
- waga max. 30g, przestrzeń martwa max.53 ml,
- mniejszy opór przepływu 2,32 cm H₂O przy 60 l/min.,
- wyższa skuteczność filtracji – bakteryjnej min.99,9999%, wirusowej min.99,999%
- zgodny z obowiązującymi normami, sterylny?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6. dot. zadania 20, poz. 3

Czy Zamawiający w zadaniu 20, poz. 3 wyrazi zgodę na zaferowanie

- Sterylny elektrostatyczny filtr oddechowy, antybakteryjny i antywirusowy, hydrofobowy, z wymiennikiem ciepła i wilgoci z włókna szklanego, z portem do kapnografii,
- zakres objętości oddechowej VT 100-1200ml,
- wydajność nawilżania dla VT500ml min 32mg/l,
- waga max. 29g,
- przestrzeń martwa max.47ml,
- opór przepływu 2,7 cm H₂O przy 60 l/min., skuteczność filtracji min.99,99%, sterylny?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7. dot. zadania 20, poz. 4

Czy Zamawiający w zadaniu 20, poz. 4 wyrazi zgodę na zaferowanie

Filtr oddechowy bez wymiennika, większa objętość oddechowa w zakresie 150-1500 ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 16

Pytanie 1. dot. zadania 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w postępowaniu produktów:

- poz. 1

Kaniula do krótkotrwałego dostępu dożylnego z poliuretanu bez portu górnego, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, pakowana pojedynczo, z 4 paskami kontrastującymi w RTG, 24 G 0,7 x 19 mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



- poz. 2

Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu ,z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z mechanizmem zatraskowym na kolumnie portu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się koreczka portu iniekcyjnego , zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji produktu. 22 g 0,9 x 25mm .

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- poz. 3

Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu ,z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z mechanizmem zatraskowym na kolumnie portu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się koreczka portu iniekcyjnego , zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji produktu. 20G. 1,1 x 33mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- poz. 4

Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu ,z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z mechanizmem zatraskowym na kolumnie portu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się koreczka portu iniekcyjnego , zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji produktu. 18 G - 1,3 x 33 mm lub 18 G - 1,3 x 45 mm (do wyboru przez Zamawiającego)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- poz. 5

Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu ,z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z mechanizmem zatraskowym na kolumnie portu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się koreczka portu iniekcyjnego , zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji produktu. 17 G - 1,5 x 45 mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- poz. 6

Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu ,z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z mechanizmem zatraskowym na kolumnie portu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się koreczka portu iniekcyjnego , zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji produktu. 16 G - 1,7 x 50 mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- poz. 7

Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu ,z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z mechanizmem zatraskowym na kolumnie portu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się koreczka portu iniekcyjnego , zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji produktu. 14 G - 2,2 x 50 mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



- poz. 8

Bezpieczna kaniula żylna z portem ze skrzydełkami wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. z mechanizmem zatraskowym na kolumnie portu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się koreczka portu iniekcyjnego. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Rozmiary: 14G 22 x 50, 16G 1,7 x 50mm; 17G 1,5 x 45mm; 18G- 1,3 x 33mm i 45mm; 20G 1,1 x 25mm i 33mm; 22G 0,9 x 25mm, 24G 0,7 x 19mm do wyboru przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

- poz. 9

Koreczki do kaniul z trzpieniem znajdującym się poniżej jego krawędzi, kompatybilne z kaniulami z poz. 1-8, pakowane pojedynczo

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- poz. 10

Koreczki dwustronne męsko-żeńskie (combi) do kraników i wkłuć, łatwo wkręcane i wykręcane, kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuć obwodowych, centralnych, tętnicznych, wykonane z polietylenu, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer-Lock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pojedynczo pakowane.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

ZESTAW 17

Pytanie 1. dot. zadania 42, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki chirurgiczne z neutralną 10% formaliną z zakręcaną nakrętką, o pojemności 10 ml?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. dot. zadania 42, poz. 5-9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki chirurgiczne z neutralną 10% formaliną ale ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk zachowując wskazane przez Zamawiającego pojemności?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. dot. zadania 42

Czy Zamawiający dopuści do przeliczenia w formularzu cenowym wskazanych ilości sztuk na opakowania z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę? Pojemniki chirurgiczne z formaliną konfekcjonowane są przez Producenta w tzw. klastrach/opakowaniach liczących określoną ilość sztuk w zależności od pojemności pojemników i jako takie opakowania są w sprzedaży:



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Lp.	Pojemność	Ilość pojemników w opakowaniu
1.	10 ml	80 szt.
2.	35 ml	54 szt.
3.	55 ml	54 szt.
4.	125 ml	24 szt.
5.	250 ml	12 szt.
6.	500 ml	6 szt.
7.	1000 ml	6 szt.
8.	3000 ml	4 szt.
9.	5000 ml	4 szt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza przeliczenia wskazanych ilości sztuk na opakowania z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę, gdyż zmieniłoby to ilość pojemników wymaganą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powodując nieporównywalność przy badaniu i ocenie złożonych ofert.

Zamawiający może jedynie zapewnić Wykonawcę, iż po podpisaniu umowy, zamówienia w zakresie realizacji postanowień umowy będą odbywały się w pełnych opakowaniach.

Pytanie 4. dot. Projektu umowy

Wnioskujemy do Zamawiającego o zmianę zapisu § 1 ust 8 umowy poprzez dodanie: „lub droga mailową” tj:

„W przypadku wystąpienia problemu z dostępnością wyrobu, którego dotyczy umowa, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na pisemną prośbę Zamawiającego określoną ilość takiego wyrobu, jeśli tylko będzie miał taką możliwość. Brak takiej możliwości ma być potwierdzony pisemnie **lub drogą mailową** przez producenta wyrobu. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru od Wykonawcy całej ilości zabezpieczonego wyrobu”.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy i w poprawionym Załączniku nr 4A do SIWZ – Projekt umowy, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie 5. dot. Projektu umowy

Wnioskujemy do Zamawiającego o zmniejszenie terminu płatności do 30 dni od daty otrzymania partii towaru i faktury tj. :

„§ 2 ust 6: Zapłata za dostarczone wyroby nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie **do 30** dni od daty otrzymania partii towaru i faktury. Faktura lub załącznik do faktury musi zawierać numer umowy przetargowej i zamówienia, którego dotyczy”.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 6. dot. Projekt umowy

Wnioskujemy do Zamawiającego o modyfikację poprzez zmniejszenie w § 3 umowy dotyczącego wysokości kar umownych.

Proponujemy następujący kształt § 3:

„1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,5 % zł za każdy dzień zwłoki wartości brutto niedostarczonej partii towaru. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości zamawianej partii towaru.

2. W przypadku upłynięcia(*zgodnie z terminem wskazanym w ofercie przetargowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy) - dotyczy zadania 1-10,12-35,37-46/ w przypadku upłynięcia 5 – dniowego roboczego – dotyczy zadania 36 terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 9 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru.

Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego złożenia (za pośrednictwem faksu). Przekazanie powyższej informacji jest równoznaczne z wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego zamówienia Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje (za pośrednictwem faksu) Zamawiającego o spodziewanej zwłoce w dostawie i dostarczy ją po złożeniu przez Zamawiającego powiadomienia o zakupie interwencyjnym, to przedmiot opóźnionej dostawy pozostaje do dyspozycji Wykonawcy w magazynie Zamawiającego.

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 2 dni,
- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 24 godzin.

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości niedostarczonego, bądź wadliwego towaru”.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

ZESTAW 18

Pytanie 1. dot. zadania Projekt umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust 1

Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości brutto zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 50 zł.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 19

Pytanie 1. dot. zadania 15, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej wg następującego opisu: o klasycznym kształcie z linią balonika zintegrowaną z rurką na całej długości, z wyraźnie oznaczonymi informacjami dotyczącymi



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



rozmiaru na baloniku oraz zalecanej objętości balonika/wagi pacjenta oraz rozmiaru na wyraźnie widocznej okolicy łącznika pacjenta. Maska pakowana pojedynczo, sterylna, posiadająca wszystkie informacje, etykiety, opakowanie i instrukcje użycia - zgodnie z aktualnymi wymogami UE. Rozmiary 2 [10 -20 kg]; 2,5 [20 -30 kg]; 3 [30- 50 kg]; 4 [50 – 70kg]; 5 [>70kg].

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2. dot. zadania 15, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej II generacji: i gel wg następującego opisu: wyposażone w nienadmuchiwany mankiet. Urządzenie wyposażone w kanał gastryczny, 12Fr (dla rozmiaru maski ;2; 2,5; 3; 4) i 14F (dla rozmiarów maski 5), zintegrowany bloker zgryzu, stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. W sposób dokładny dopasowuje się do struktur gardła i krtani zapewniając niezawodne uszczelnienie okolic około krtaniowych bez potrzeby stosowania nadmuchiwanego mankietu. Produkt sterylny , pakowany pojedynczo, opakowanie typu papier – folia. Gama rozmiarów:: 2- waga 10 -25 kg; 2,5 (25 – 35kg); 3 waga 30 – 60 kg; 4 waga 50 – 90 kg; 5 waga 90+.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. dot. zadania 20, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie sterylny wymiennik ciepła i wilgoci HME wg poniższego opisu: , z portem do podawania tlenu, centralnie umieszczonym portem do odsysania, wydajność nawilżania przy VT 500ml minimum 26mg H₂O/l, waga 8g, przestrzeń martwa 19ml dla pacjentów dorosłych oddychających spontanicznie przez rurkę intubacyjną lub tracheostomią.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4. dot. zadania 20, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie filtra wg poniższego opisu: filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej i p/wirusowej 99,99 %, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 30 mg H₂O/l, przestrzeń martwa: 28 ml, opory przepływu: 2,1 cm H₂O przy 20 l/min., minimalna objętość oddechowa V_t 75ml, waga 20 g, filtr ze złączem prostym, sterylny z portem oraz zakręcanym korkiem luer-lock, zakrętka na pętelce.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5. dot. zadania 20, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci HME wg następującego opisu: Sterylny elektrostatyczny filtr oddechowy, antybakteryjny i antywirusowy, hydrofobowy, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii, minimalna objętości oddechowej od 150ml, wydajność nawilżania dla VT500ml min 32mg/l, waga 31g, przestrzeń martwa 57 ml, opór przepływu 3,0 cm H₂O przy 60 l/min., skuteczność filtracji min.99,999%

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6. dot. zadania 20, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy wg następującego opisu: Filtr oddechowy bez wymiennika , bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny, sterylny, złącza proste 22M/15F-22F/15M, port , skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej powyżej 99,999%, masa 22 g, przestrzeń martwa do 41 ml, minimalna objętość oddechowa 150 ml. Opór przepływu 0,9 cm H₂O przy 30 l/min.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7. dot. Projektu umowy, § 3 ust. 1

Wnosimy o zmianę w/w zapisów na poniższe:

„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 8. dot. Projekt umowy, § 3 ust. 3

Wnosimy o zmianę w/w zapisów na poniższe:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 2 dni,*
- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.*

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 1 dnia roboczego.

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9. dot. Projekt umowy, § 3 ust. 4

Wnosimy o zmianę w/w zapisów na poniższe:

„W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości niezrealizowanej części umowy.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 20

Pytanie 1. dot. zadanie 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rurek intubacyjnych z mankietem niskociśnieniowym wykonanym z medycznego PCV, zamiast polerowanych laserowo silikonowanych, co daje jednakowy efekt gładkości rurki. Ze znacznikiem głębokości w postaci szewrokiego paska.

Z oczkiem Murphy do krótko i średnio trwającej intubacji spełniającej pozostałe wymogi z opisu. Ale 5 – cioma oznaczeniami rozmiaru rurki.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 2. dot. zadanie 1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rurek intubacyjnych z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca do przedłużonej intubacji wyposażonej w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 3 oznaczenia na korpusie rurki, niebieski łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy zapewniający strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Możliwość skrócenia rurki o 8 cm, znacznik rtg wykonanym z medycznego PCV, silikonowana bez ftalanów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 3. dot. zadanie 1, poz. 6 i 7

Czy rurki tracheostomijne w pozycji 6 i 7 mają być silikonowane, bez zawartości ftalanów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4. dot. zadanie 1, poz. 8 i 9

Prosimy o wyłączenie pozycji 8 i 9 z pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności ofert.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 21

Pytanie 1. dot. zapisów SIWZ

Dotyczy zapisów SIWZ:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem VI pkt 4 SIWZ w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez siebie, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących dokumentów:

- 1) stron katalogowych produktów ze wskazaniem oferowanego asortymentu podając nr zadania i pozycji danego produktu w ramach tego zadania;
- 2) dla zadania nr 16 oraz zadania nr 18 - próbek w ilości po 1 sztuce oferowanych przez wykonawcę przedmiotów dostawy opisanych w:– dla zadaniach: 16 - w poz. 1-8 Opisu Przedmiotu Zamówienia, dla zadania nr 18 – w poz. 4, 8, 12, 14 Opisu Przedmiotu Zamówienia;
- 3) kart charakterystyki formaliny (dotyczy zadania 42).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w oparciu o art. 26 ust. 3 w sytuacji, gdy dokumenty budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Pytanie 2. dot. zadania 2

Prosimy o sprecyzowanie czy igły do wkłuć podpajęczynówkowych mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3. dot. zadania 15, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma pracować skutecznie w zakresie 0-90 stopni? Zakres pracy 0-90 stopni oznacza zdolność generowania przez nebulizator cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie. Pozwala to personelowi medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej nawet u pacjentów o specjalnych wymaganiach w trakcie leczenia np. takich, którzy pozostają w pozycji poziomej (leżącej).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4. dot. zadania 15, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawkę dyfuzora nie wypadającą w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora z leku? Taka konstrukcja podstawki dyfuzora, która nie wypada w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni ma szczególne znaczenie, ponieważ w trakcie opróżnienia pojemniczka nebulizatora przed jego kolejnym napełnieniem unika się ryzyka wypadnięcia podstawki i jej potencjalnej dekontaminacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 5. dot. zadania 15, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma być skalowany co 1 ml? Jest to istotne dla określenia ilości nebulizowanego preparatu znajdującego się w nebulizatorze oraz po zakończeniu nebulizacji dla określenia ilości nebulizatu podanego do pacjenta.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 6. dot. zadania 15, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu optymalnej depozycji leku średnia wielkość rozbijanych cząsteczek (MMAD) ma wynosić 2,7 mikrona?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7. dot. zadania 15, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski krtaniowej firmy LMA jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarach 4 i 5.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8. dot. zadania 15, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, bez uźebrowania, z całkowicie przezroczystymi mankiem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość wzmocnioną stabilizatorem uszczelnienia, z wzmocnioną grzbietową częścią mankieta, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankieta w rozm. 4 i 5.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9. dot. zadania 18, poz. 1-4

Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki jednorazowego użytku mają posiadać skalę na cylindrze odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki (bez rozszerzenia) czyli skala do 2ml dla strzykawki pojemności 2ml, skala do 5ml dla strzykawki pojemności 5ml, skala do 10ml dla strzykawki pojemności 10ml, skala do 20ml dla strzykawki pojemności 20ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10. dot. zadania 18, poz. 1-4

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11. dot. zadania 18, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek o pojemności 20ml pakowanych w opakowania po 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 12. dot. zadania 18, poz. 6, 8 i 9

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek posiadających jednostronną skalę pomiarową. Pragniemy nadmienić, iż wszelki normy dotyczące strzykawek jednorazowego użytku dopuszczają, lecz nie wymagają posiadania dwustronnej skali pomiarowej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13. dot. zadania 18, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki typu Żaneta z końcówką cewnikową bez dodatkowego łącznika redukcyjnego, pojemności 50/60ml.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14. dot. zadania 18, poz. 6, 8 i 9

Każdy producent pompy określa w menu pompy albo w instrukcji rodzaje strzykawek jakie mogą być stosowane w tych pompach. Należy zauważyć, że powszechną praktyką na rynku wyrobów medycznych jest, że producent pomp infuzyjnych lub tzw. podmiot odpowiedzialny (importer lub dystrybutor), mając na względzie zarówno bezpieczeństwo pacjentów jak i ochronę przed odpowiedzialnością prawną np. w zakresie odszkodowań za wystąpienie zdarzeń medycznych, ustala w instrukcji obsługi i użytkownika produkowanych przez siebie lub wprowadzanych do obrotu na



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



terytorium RP pomp, jakie rodzaje strzykawk (wskazanych z nazwy własnej ich producenta) powinny prawidłowo współpracować z danym typem pompy. Jednocześnie, podczas testów producent – celem właściwego działania pompy – wprowadza do niej odpowiednie oprogramowanie do poszczególnych typów strzykawk. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych "Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania". W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy poprzez zapis „strzykawka ... przystosowana do pomp infuzyjnych Kwapisz i Medima” Zamawiający ma na myśli aby zaofertowane strzykawki były wpisane w instrukcje obsługi pompy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga strzykawk zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15. dot. zadania 18, poz. 10

Prosimy o dopuszczenie zaofertowania strzykawk trzyczęściowych o pojemności 3ml z końcówką luer-lock.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16. dot. zadania 18, poz. 14-16

Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17. dot. zadania 18, poz. 1-4, 8-9, 10-13 oraz 14-15

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaofertowania asortymentu pochodzącego od tego samego producenta. Odpowiedź pozytywna poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ważne i konkurencyjne cenowo oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18. dot. zadania 20, poz. 1

Czy medium HME sterylne wymiennika ciepła i wilgoci w poz. 1 ma być wykonane z celulozy jak w obecnie używanych przez Zamawiającego wymiennikach ciepła i wilgoci?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie 19. dot. zadania 20, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje w poz. 1 wymiennika ciepła i wilgoci wyposażonego w dwie niezależne membrany HME jak obecnie używane przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie 20. dot. zadania 20, poz. 1

Czy centralnie umieszczony port do pobierania próbek wymiennika ciepła i wilgoci w poz. 1 ma pełnić również rolę samoczynnej zastawki kaszlowej umożliwiającej pacjentowi na oddechu spontanicznym samodzielne wyrównanie ciśnienia w drogach oddechowych oraz ewakuację wydzieliny podczas odruchu kaszlowego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21. dot. zadania 20, poz. 1

Czy oczekiwany w poz. 1 wymiennik ciepła i wilgoci ma posiadać uniwersalny, schodkowy port tlenowy umożliwiający swobodne podłączenie dowolnego drenu tlenowego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie 22. dot. zadania 20, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 wymiennika ciepła i wilgoci o wadze 6,3 g, jak obecnie używane przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 23. dot. zadania 20, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 wymiennika ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej nie większej niż 10 ml, jak obecnie używane przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie 24. dot. zadania 20, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 2 filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, a więc lepszej o wymaganej, p/wirusowej 99,99 %, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o poziomie nawilżania 33 mg H₂O przy VT=50 ml (30 mg H₂O / l przy VT 250 ml), z medium filtracyjnym hydrofobowym, przestrzeni martwej: 12 ml – istotnie mniejszej dla omawianego zakresu Vt, oporach przepływu: 1,4 cm H₂O przy 20 l/min., dla objętości oddechowej Vt 50-250 ml, o wadze 13,5 g, o utracie wilgoci nie większej niż 6 mg H₂O / l przy VT 250 ml jak obecnie używany przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie 25. dot. zadania 20, poz. 2, 3 i 4

Prosimy o sprecyzowanie czy filtr ma posiadać nadrukowane na obwodzie filtra wartości minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie 25. dot. zadania 20, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 3 filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o poziomie nawilżania min. 31 mg H₂O przy VT=500 ml, z medium filtracyjnym hydrofobowym, przestrzeni martwej max. 35 ml, oporach przepływu 1,8 cm H₂O przy 60 l/min (1,0 cm H₂O przy 30 l/min), objętości oddechowej Vt 150-1000 ml, wadze max. 31 g, jak obecnie używany przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie 26. dot. zadania 20, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 4 filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, z medium filtracyjnym hydrofobowym, przestrzeni martwej 26 ml, oporach przepływu 1,6 cm H₂O przy 60 l/min, objętości oddechowej Vt 150-1000 ml, wadze max. 22 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, jak obecnie używane przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie 26. dot. zadania 20, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zaferowania jałowego zestawu do pobierania wydzieliny w czasie odsysania do badań laboratoryjnych, posiadającego korek lub nakrętkę umożliwiającą wysyłanie próbki wydzieliny w tym zestawie do badania, pojemnik z etykietą umożliwiającą opisanie próbki, pojemność 10ml, łączniki pasujące do każdego typu cewnika do odsysania, opakowanie umożliwiające otwarcie zestawu nie powodując jego zainfekowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie 27. dot. zadania 20, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zaferowania jałowego zestawu do pobierania wydzieliny w czasie odsysania do badań laboratoryjnych i odśluzowywania jamy ustnej noworodków, sterylnego, przezroczystego pojemnika 25ml, w rozmiarze uniwersalnym z końcówką pasującą do wszystkich rozmiarów cewników, w opakowaniu umożliwiającym otwarcie zestawu nie powodując jego zainfekowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 28. dot. zadania 21, poz. 1

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać wewnętrzną część lejka karbowaną, co pozwala na szczelne połączenie do ssaka?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie 29. dot. zadania 21, poz. 1

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać na opakowaniu jednostkowym oryginalny nadruk producenta z: rozmiarem, dł. cewnika, nr katalogowym, nr seryjnym, datą ważności; sterylizowane tlenkiem etylenu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie 30. dot. zadania 21, poz. 1

Czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na łączniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie 31. dot. zadania 21, poz. 1

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki foley mają być sterylizowane radiacyjnie z wyraźnym oznaczeniem na etykiecie opakowania jednostkowego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie 32. dot. zadania 24

Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem „TYVEK” Zamawiający ma na myśli opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu, tak jak obecnie stosowane?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający ma na myśli opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu.

Pytanie 33. dot. zadania 45

Prosimy o sprecyzowanie czy kranik trójdrożny ma być wykonany z poliwęglanu czyli materiału pozwalającego na bezpieczną podaż lipidów i chemioterapeutyków?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34. dot. zadania 45

Prosimy o dopuszczenie zaferowania kraników trójdrożnych sterylizowanych radiacyjnie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie 35. dot. zadania 45

Prosimy o dopuszczenie zaferowania kraników bez obrotowej końcówki lurek lock z przedłużaczem 7cm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36. dot. zadania 45

Prosimy o sprecyzowanie czy kranik trójdrożny ma być wyposażony, poza optycznym, także w wyczuwalny wskaźnik pozycji otwarty/ zamknięty, co pozwala na jego precyzyjną obsługę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37. dot. zadania 45

Prosimy o sprecyzowanie czy kranik trójdrożny z przedłużaczem ma posiadać dodatkowy port iniekcyjny? Zastosowanie dodatkowego portu iniekcyjnego pozwala na „dostrzykiwanie” terapeutyku bez konieczności rozłączania całej linii. Ze względów epidemiologicznych takie rozwiązanie jest



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



najbardziej optymalnym, zabezpieczającym przed zainfekowaniem linii oraz daje pełną szczelność systemu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

ZESTAW 22

Pytanie 1. dot. zadania 16, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kaniuli bez portu górnego 24 GA (0,7 x 19 mm) ze skrzydełkami zabezpieczona zastawka antyzwrotna pełnią rolę filtra hydrofobowego. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2. dot. zadania 16, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kaniuli z portem górnym 24 GA (0,7 x 19 mm) ze skrzydełkami zabezpieczona zastawka antyzwrotna pełnią rolę filtra hydrofobowego. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. dot. zadania 16, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kaniuli z dziecięcej 24 GA (0,7 x 19 mm) ze skrzydełkami zabezpieczona zastawka antyzwrotna pełnią rolę filtra hydrofobowego wykonanej z FEP. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4. dot. zadania 16, poz. 2-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji kaniuli sterylizowanej tlenkiem etylenu tak jak większość kaniul dostępnych na rynku polskim.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5. dot. zadania 16, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji kaniuli z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG bez systemu kaplarów, sterylizowanych EO.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6. dot. zadania 16, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji koreczka z trzpieniem poniżej jego krawędzi takie rozwiązanie gwarantuje Państwu aseptykę pracy.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7. dot. zadania 17

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby igły pochodziły od jednego producenta.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8. dot. zadania 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku a wartości netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 9. dot. zadania 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w zadaniu możliwości przeliczenia na opakowania po 100 szt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 10. dot. zadania 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w zadaniu strzykawki z rozszerzona skalą pomiarową : 2 ml/ 3ml, 5 ml-/6 ml, 10 ml/12 ml, 20/ 24 ml

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11. dot. zadania 18, poz.4

Prosimy Zamawiającego o możliwość przeliczenie w formularzu asortymentowo- cenowym na opakowania po 80 szt.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12. dot. zadania 18, poz.6

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki „Żaneta” z końcówką cewnikową z pojedynczą skalą pomiarową. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13. dot. zadania 18, poz. 10-13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych z rozszerzona skalą w rozmiarze 2/2,5 ml, 5 ml/6 ml, 10 ml/12 ml, 20 ml/22 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14. dot. zadania 18, poz. 18

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji przyrządu do bezpiecznego pobierania i przygotowywania leków i płynów z filtrem bakteryjnym 1,2 um i cząsteczkowym 5 um.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 23

Pytanie 1. dot. zadania 2

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarze 22G (0,70mm)/40mm zamiast 22G (0,70mm)/50mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2. dot. zadania 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłuć opłucnej z kaniulą 15Gx100mm, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. dot. zadania 3, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz pakowany w woreczek foliowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4. dot. zadania 3, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu pakowany w woreczek foliowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 5. dot. zadania 3, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści pojemnik typu tulipan do dobowej zbiórki moczu o poj. 2000ml lub słój do dobowej zbiórki moczu o poj. 2500ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6. dot. zadania 3, poz. 33

Czy Zamawiający dopuści regulator grawitacyjny do precyzyjnej infuzji z drenami o długości 11-40cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7. dot. zadania 4, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści dren z zatyczką pakowaną osobno?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie 8. dot. zadania 4, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści dreny w dwóch rozmiarach: CH 24 - Ø 5,60 mm/8,00 mm (wew./zew.) oraz CH 30 - Ø 7,00 mm/10,0 mm (wew./zew.)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9. dot. zadania 23, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10. dot. zadania 23, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

ZESTAW 24

Pytanie 1. dot. zadania 15, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy masek krtaniowych z informacją dotyczącą rozmiaru, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczonymi na opakowaniu. Reszta parametrów zgodna w SIWZ. Dopuszczenie wyżej wymienionych parametrów pozwoli na zaoferowanie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska**