



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:

EZP/220/86/2016/2

Szczecin, dn. 26.01.2017r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/86/2016, pn.: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, kaniul, strzykawek, igieł, papierów rejestrujących do urządzeń medycznych, testów oraz rękawów do sterylizacji, elektrod do termoablacji, etykiet papierowych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 oraz 12a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pytanie 1. dot. zadania 5, poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 1 dopuści: zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego (CSE) w składzie: igła Pencil Point 27 G x118mm; igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy 18Gx80mm, dodatkowy otwór w osi igły Tuohy na jej zgięciu pozwalający na wyprowadzenia końca igły podpajęczynówkowej w osi igły Tuohy, cewnik z miękką zamkniętą końcówką i trzema otworami bocznymi, strzykawka LOR 10ml; filtr ZO?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2. dot. zadania 5, poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 2 dopuści: igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z Końcówką pencil-point z przewodnicą, eliptyczny, ergonomiczny uchwyt z doskonałą widocznością wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego z każdej strony, mandryn oznaczony kolorami, przewodnica dokładnie dopasowana do igły, w rozmiarze 25Gx145mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3. dot. zadania 5, poz. 3

Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 3 dopuści: dopuści zestaw do kaniulacji tętnicy barkowej, udowej lub promieniowej 18G o długości 15cm zakładany metodą Seldingera.

W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy cewnik 18G o długości 15 cm wyposażony w antywłamaniowy kołnier i skrzydełka umożliwiające przysycie do skóry, igłę wprowadzającą o średnicy 1,1mm i długości 52mm, przewodnik o średnicy 0,64mm i długości 30cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 4. dot. zadania 5, poz. 4

Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 4 dopuści: igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą wprowadzającą, końcówka przezroczysta, mandryn w środku, kolorowe oznaczenie grubości igły, ostrze Quinckie w rozmiarze 26 G/90mm.

Specjalnie zaprojektowana dla szybkiego zauważenia momentu wypływu płynu mózgowo rdzeniowego

- kodowana barwnie oprawki według standartów ISO
- przezroczysta końcówka
- ergonomiczny kształt
- cienkościenna igła
- łatwe ponowne umieszczenie w przypadku błędnego nakłucia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 5. dot. zadania 5, poz. 5

Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 5 dopuści: igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z Końcówką pencil-point z prowadnicą, eliptyczny, ergonomiczny uchwyt z doskonałą widocznością wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego z każdej strony, mandryn oznaczony kolorami, prowadnica dokładnie dopasowana do igły, w rozmiarze 22Gx90mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 6. dot. zadania 5, poz. 6

Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 6 dopuści: prowadnicę do igieł podpajęczynówkowych w rozmiarze 20Gx38mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 7 dot. zadania 5, poz. 7

Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 7 dopuści: igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z Końcówką pencil-point z prowadnicą, eliptyczny, ergonomiczny uchwyt z doskonałą widocznością wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego z każdej strony, mandryn oznaczony kolorami, prowadnica dokładnie dopasowana do igły, w rozmiarze 25Gx90mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 8. dot. zadania 5, poz. 8

Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 8 dopuści: igły do blokady nerwów obwodowych z użyciem neurostymulatora za szlifem 30° w rozmiarze 20G długość 150mm? Igła izolowana na całej długości. Jej ostrze zapewnia pełne przewodnictwo i łatwość wprowadzenia. Centymetrowe znakowanie dookoła igły zapewnia precyzyjną identyfikację miejsca i głębokości wkłucia. Identyfikacja kierunku położenia igły dzięki umiejscowieniu czarnego kabla, ergonomiczny kształt uchwytu pozwala na aspirację przed podaniem anestetyku dla zwiększenia bezpieczeństwa. Odłączalna przedłużka umożliwia podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 9. dot. zadania 5, poz. 9

Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 9 dopuści: igły do blokady nerwów obwodowych z użyciem neurostymulatora za szlifem 30° w rozmiarze 21G długość 100mm? Igła izolowana na całej długości. Jej ostrze zapewnia pełne przewodnictwo i łatwość wprowadzenia. Centymetrowe znakowanie dookoła igły zapewnia precyzyjną identyfikację miejsca i głębokości wkłucia. Identyfikacja kierunku położenia igły dzięki umiejscowieniu czarnego kabla, ergonomiczny kształt uchwytu pozwala na aspirację przed podaniem anestetyku dla zwiększenia bezpieczeństwa. Odłączalna przedłużka umożliwia podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 10. dot. zadania 5, poz. 9

Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 9 dopuści: igły do blokady nerwów obwodowych z użyciem neurostymulatora za szlifem 30° w rozmiarze 20/21G długość 50mm? Igła izolowana na całej długości. Jej ostrze zapewnia pełne przewodnictwo i łatwość wprowadzenia. Centymetrowe znakowanie dookoła igły zapewnia precyzyjną identyfikację miejsca i głębokości wkłucia. Identyfikacja kierunku położenia igły dzięki umiejscowieniu czarnego kabla, ergonomiczny kształt uchwytu pozwala na aspirację przed podaniem anestetyku dla zwiększenia bezpieczeństwa. Odłączalna przedłużka umożliwi podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11. dot. zadania 5, poz. 10

Czy Zamawiający zadaniu 5 pozycji 10 dopuści igłę do blokady nerwów obwodowych pokrytą drobkami szkła, całkowicie echogeniczną (do samej końcówki igły), ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcaną przedłużką 50 cm (objętość 1 ml) pozwalającą na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm, rozmiarze 22G/50mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12. dot. zadania 16, poz. 1 - 7

Czy Zamawiający w zadaniu nr 16 pozycje od 1 do 7 dopuści kaniule w następujących rozmiarach:

24G - Ø 0.4 - 0.7 mm, długość 19mm, 20ml/min (żółta)

22G - Ø 0.5 - 0.8 mm, długość 25mm, 36ml/min (niebieska)

20G - Ø 0.7 – 1.0 mm, długość 32mm, 60ml/min (różowa)

18G - Ø 0.9 – 1.2 mm, długość 40mm, 90ml/min (zielona)

17G - Ø 1.1 – 1.4 mm, długość 42mm, 140ml/min (biała)

16G - Ø 1.3 – 1.7 mm, długość 42mm, 180ml/min (szara)

14G - Ø 1.8 – 2.1 mm, długość 42mm, 240ml/min (pomarańczowa)

- cienkościenna, wysokoprzepływowa, przezroczysta kaniula teflonowa (PTFE) z zastawką do wstrzyknięć

- zastawka do wstrzyknięć z kapturkiem zabezpieczającym

- możliwe podawanie wielokrotnie iniekcji podczas trwającego wlewu dożylnego (tylko strzykawką)

- konstrukcja kaniuli zapobiegająca procesowi cofania się krwi

- filtr hydrofobowy

- ścięcie igły typu BLACK CUT

- skrzydełko mocujące kaniule

- koreczek Luer-Lock

- kaniule cieniujące w promieniach RTG – 4 widoczne paski – znacznik rtg inkorporowany w materiał

- kaniule wyposażone w samo domykający się obrotowy korek portu bocznego

- nie zawierają lateksu i PCV?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13. dot. zadania 16, poz. 8

Czy Zamawiający w zadaniu nr 16 pozycja 8 dopuści kaniule w następujących rozmiarach:

Rozmiar -22G, dł 25 mm, przepływ 36 ml/min śr (0.6-0.9) niebieska

Rozmiar-20G, dł 32 mm, przepływ 60 ml/min śr (0.8-1.1) różowa

Rozmiar-18G, dł 45 mm, przepływ 90 ml/min śr (1.0-1.3) zielona

Rozmiar-17G, dł 45 mm, przepływ 125 ml/min śr (1.2-1.5) biała

Rozmiar-16G, dł 45 mm, przepływ 180 ml/min śr (1.4-1.7) szara

Rozmiar-14G, dł 45 mm, przepływ 270 ml/min śr (1.6-2.1) pomarańczowa



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



- cienkościenna, wysokoprzepływową, przezroczystą kaniulą teflonową (PTFE) z zastawką do wstrzyknięć, odporna na złamania igła prowadząca.
- zastawka do wstrzyknięć z kapturkiem zabezpieczającym
- możliwe podawanie wielokrotnie iniekcji podczas trwającego wlewu dożylnego (tylko strzykawką)
- konstrukcja kaniuli zapobiegająca procesowi cofania się krwi
- filtr hydrofobowy
- ścięcie igły typu BLACK CUT
- skrzydełko mocujące kaniule
- koreczek Luer-Lock
- kaniule cieniujące w promieniach RTG – 2 grube widoczne paski odpowiadające swojej grubością czterem cienkim
- kaniule wyposażone w samo domykający się obrotowy korek portu bocznego z kolorowym oznaczeniem według standardów ISO
- wyposażona w system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniający techniki założenia. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu na kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Możliwość stosowania w tomografii komputerowej. Pakowana pojedynczo

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14. dot. zadania 16, poz. 9

Czy Zamawiający w zadaniu 16, pozycja 9 dopuści koreczki jednorazowe do zabezpieczenia wkłucia dożylnego typu luer– lock z trzpieniem zamykającym światło kaniuli kończący się powyżej krawędzi koreczka?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 15. dot. zadania 16, poz. 10

Czy Zamawiający w zadaniu 16, pozycja 10 dopuści koreczki dwustronne (combi) w kolorze czerwonym do zabezpieczenia wkłucia dożylnego typu luer– lock z trzpieniem zamykającym światło kaniuli kończący się powyżej krawędzi koreczka , sterylne poj. pakowane, na każdym opakowaniu jednostkowym oznaczenie daty ważności i serii?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 16. dot. zadania 41

Czy Zamawiający w zadaniu 41 dopuści: zamknięty system bezigłowy posiadający całkowicie przezroczystą obudowę ułatwiającą obserwację przepływających płynów. Posiada silikonową łątkę do dezynfekcji membranę (dezynfekcja przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, ma prosty tor przepływu, oraz podzielną membranę typu Split septum, łątkę do dezynfekcji przy użyciu najnowszych dezynfektantów. Jest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, leki oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie do 350 psi, posiada przepływ do 600ml/min, objętość wypełnienia do 0,07 ml. Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć (720 aktywacji). Pakowany pojedynczo, sterylny?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17. dot. zadania 46

Czy Zamawiający w zadaniu 46 dopuści: Igła typu Hubera ze skrzydełkami, zgięta pod kątem 90°, elastyczne przedłużenie (o długości 30 cm) z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer Lock. Rozmiary igieł oznaczone kolorami. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli) i dające możliwość automatycznych infuzji, wyrób medyczny jednorazowy, sterylny pakowany pojedynczo w rozmiarach: 19G -1.0x25mm i 20G – 0.9x25mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



ZESTAW 2

Pytanie 1. dot. Projekt umowy – §1 ust. 5

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 1 ust. 5.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. dot. Projekt umowy – § 1 ust. 6

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający biorąc pod uwagę dynamikę potrzeb Szpitala nie jest w stanie określić minimalnego zakresu zamówienia.

Pytanie 3. dot. Projekt umowy – § 3 ust. 4

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 3 ust. 4 projektu umowy zamiast zwrotu „ wartości umowy na dane zadanie” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 3

Pytanie 1. dot. zadania 3, poz. 6

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. dot. zadania 3, poz. 14

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. dot. zadania 4, poz. 3

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4. dot. zadania 16, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kaniuli bez portu górnego 24 GA (0,7 x 19 mm) ze skrzydełkami zabezpieczona zastawka antyzwrotna pełnią rolę filtra hydrofobowego. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5. dot. zadania 16, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kaniuli z portem górnym 24 GA (0,7 x 19 mm) ze skrzydełkami zabezpieczona zastawka antyzwrotna pełnią rolę filtra hydrofobowego. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 6. dot. zadania 16, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kaniuli z dziecięcej 24 GA (0,7 x 19 mm) ze skrzydełkami zabezpieczona zastawka antyzwrotna pełniąca rolę filtra hydrofobowego wykonanej z FEP. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7. dot. zadania 16, poz. 2-7

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul z samozamykającym się koreczkiem portu bocznego (wymagającym dociśnięcia, ale lepiej chroniącym przed samoistnym otwarciem). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8. dot. zadania 16, poz. 2-7

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul w opakowaniu papier klasy medycznej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9. dot. zadania 16, poz. 2-7

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul w rozmiarach:

Rozmiar cewnika w mm	Rozmiar kaniuli (GAUGE)
2,20 x 45	14 G
1,70 x 45	16 G
1,50 x 45	17 G
1,20 x 45	18 G
1,20 x 38	
1,00 x 32	20 G
0,80 x 25	22 G

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10. dot. zadania 16, poz. 8

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylniej, bezpiecznej, z poliuretanu, wyposażoną w plastikowy zatrzask, uruchamiany zaraz po użyciu, z zastawka antyzwrotną, która pełni te sama funkcję co filtr hydrofobowy, 4 paski widoczne w RTG, igła z tylnym szlifem ostrza, łagodnie zwężający się koniec kaniuli, oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym, badania na biokompatybilność. Kaniula posiada samozamykający się koreczek portu bocznego. Opakowanie papier klasy medycznej. Rozmiary:

14G 2,0 x 45 mm,
16G 1,7 x 45 mm,
17G 1,5 x 45 mm,
18G 1,2 x 45 mm,
18G 1,2 x 32 mm,
20G 1,0 x 32 mm,
22G 0,8 x 25 mm,

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 11. dot. zadania 16, poz. 9

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie koreczka z trzpieniem nie wystającym popa krawędź koreczka, co znacznie zwiększa aseptykę pracy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 12. dot. zadania 16

Proszę o odstąpienie od wymogu, aby asortyment z poz. 1-9 pochodził od jednego producenta. Taki wymóg nie posiada bowiem żadnego medycznego uzasadnienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13. dot. zadania 16, poz. 9 i 10

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14. dot. zadania 16, poz. 2-8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji kaniuli sterylizowanej tlenkiem etylenu tak jak większość kaniul dostępnych na rynku polskim.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 15. dot. zadania 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku a wartości netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16. dot. zadania 17

Proszę o odstąpienie od wymogu, aby asortyment z pakietu nr 17 pochodził od jednego producenta.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17. dot. zadania 17, poz. 11

Czy Zamawiający dopuszcza w tej pozycji tylko igłę w rozmiarze 1,2 x 40 mm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17. dot. zadania 17, poz. 1-11

Czy Zamawiający pozwoli podać cenę za opakowanie 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 18. dot. zadania 18, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 19. dot. zadania 18, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki „Żaneta” z końcówką cewnikową z pojedynczą skalą pomiarową. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20. dot. zadania 18, poz. 10-12

Czy Zamawiający pozwoli podać cenę za opakowanie 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 21. dot. zadania 18, poz. 13

Czy Zamawiający pozwoli podać cenę za opakowanie 50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 22. dot. zadania 18, poz. 14 i 15

Czy Zamawiający dopuści przyrząd, którego komora wykonana jest z medycznego PVC, bez zawartości szkodliwych ftalanów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23. dot. zadania 18, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu foliowym? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24. dot. zadania 24, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści samą kaniulę bez systemu mocowania z okienkiem. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 4

Pytanie 1. dot. zadania 18, poz. 14 i 15

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządów których komora wykonana jest z medycznego PVC.

Mając na uwadze stanowisko Ministerstwa Zdrowia że „*Wyroby medyczne zawierające PCV, nie powinny być obecnie wycofywane z rynku wyrobów medycznych. Nie wydaje się także, by – wobec umiarkowanego poziomu ryzyka stosowania tych wyrobów – istniały przesłanki do ograniczenia stosowania takich wyrobów. Jednocześnie, celowe wydaje się stymulowanie wszelkich działań mających na celu modyfikację składu wyrobów z PCV, szczególnie pod kątem zastępowania ftalanów innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.*”

<http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/slajd?mr=m491&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=006235>
wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów w których komora wykonana jest z wysokiej jakości medycznego PVC gwarantującego przejrzystość i elastyczność komory taką samą jak wykonane z PP. Jednocześnie zwracamy uwagę Zamawiającego, że SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktów w których komora kroplowa wykonana jest z PVC, a dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest PVC wnioskujemy aby umotywował swojej stanowisko i wyjaśnił dlaczego PVC w komorze kroplowej wpływa negatywnie na zdrowie pacjenta a PVC w drenie nie wpływa negatywnie na zdrowie pacjenta.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji. Polskie normy są wytycznymi stanowiącymi o minimum standardu, który musi być spełniony, natomiast nie ograniczają spełnienia norm wyższych, które przekładają się tym samym na wyższą jakość, która w tym przypadku jest wskazana.

ZESTAW 5

Pytanie 1. dot. zadania 34

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zmianę ilości z 2 kompletów na 5, gdyż taką ilość zawiera opakowanie handlowe producenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 6

Pytanie 1. dot. zadania 1, poz. 10-11

Ze względu na specjalistyczny charakter produktów opisanych w Zadaniu 1, zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 10 i 11 i utworzenie osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 dot. zadania 3, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na płyny ustrojowe o pojemności 10 ml, spełniający pozostałe parametry?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. dot. zadania nr 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na płyny ustrojowe o pojemności 40 ml, spełniający pozostałe parametry?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4. Zadania nr 3, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści regulator grawitacyjny do precyzyjnej infuzji z regulacją prędkości przepływu w zakresie 5-250 ml/h?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5. dot. zadania nr 3, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści regulator grawitacyjny do precyzyjnej infuzji z podwójną skalą w ml/h dla 10% i 40% roztworów (ml/h oraz procentowe oznakowanie na regulatorze), spełniający pozostałe parametry?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 6. dot. zadania nr 3, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści regulator grawitacyjny do precyzyjnej infuzji z przeziernym drenem o długości całkowitej 50 cm, spełniający pozostałe parametry?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 7. dot. zadania nr 3, pozycja 36

Prosimy o doprecyzowanie czy oferowane przewody mają być wyposażone w rolkowy regulator przepływu oraz dodatkowy zacisk umożliwiający szybkie przerwy w irygacji?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8. dot. zadania nr 3, pozycja 36

Czy Zamawiający oczekuje przewodów do cystoskopii z komorą w kształcie walca o długości min. 9 cm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9. dot. zadania nr 3, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany z medycznego PCV, spełniający pozostałe parametry?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10. dot. zadania nr 3, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny z 4 otworami bocznymi?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11. dot. zadania nr 3, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarach: śr. od CH 20-40?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 12 dot. zadania nr 3, pozycja 41 – Czy Zamawiający dopuści worek na wymioty wykonany z polietylenu z podziałką od 100 do 1500 ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 13. dot. zadania nr 3, pozycja 45

Czy Zamawiający oczekuje aplikatora gąbkowego do jamy ustnej nawilżonego substancją odświeżającą, dla pełnego komfortu użytkowania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie n 14. dot. zadania nr 40, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład defibrylacyjny o wymiarach 165x133, spełniający pozostałe parametry?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 7

Pytanie 1. dot. zadania 2

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarze 22G (0,70mm)/40mm zamiast 22G (0,70mm)/50mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2. dot. zadania 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłuć opłucnej z kaniulą 15Gx100mm, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. dot. zadania 3, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz pakowany w woreczek foliowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 4. dot. zadania 3, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu pakowany w woreczek foliowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5. dot. zadania 3, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści pojemnik typu tulipan do dobowej zbiórki moczu o poj. 2000ml lub słój do dobowej zbiórki moczu o poj. 2500ml?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6. dot. zadania 3, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści stazy o długości 48cm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 7. dot. zadania 3, poz. 33

Czy Zamawiający dopuści regulator grawitacyjny do precyzyjnej infuzji z drenami o długości 11-40cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8. dot. zadania 4, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści dren z zatyczką pakowaną osobno?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 9. dot. zadania 4, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści dreny w dwóch rozmiarach: CH 24 - Ø 5,60 mm/8,00 mm (wew./zew.) oraz CH 30 - Ø 7,00 mm/10,0 mm (wew./zew.)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10. dot. zadania 17, poz. 1-11

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100szt. z jednoczesnym przeliczeniem na opakowania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

ZESTAW 8

Pytanie 1. dot. zadania 15, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 15, w pozycjach 1 i 2, maski do podawania tlenu o długości 2m.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2. dot. zadania 15, poz. 1, 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 15, w pozycji 1,2,3 produktów czystych mikrobiologicznie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 9

Pytanie 1. dot. zadania 15, poz. 4

Czy Zamawiający w zadaniu 15, poz. 4 wyrazi zgodę na zaferowanie:

- maska kraniowa z samoczynnie pompującym się mankietem,
- rurka maski zagięta pod kątem ponad 70 stopni,
- z dodatkowym otworem poprawiającym efektywność wentylacji, zapobiegającym możliwości wklonowania nagłośni
- szkielet maski „ożebrowany” zapobiegający efektowi „wywijania” podczas zakładania,



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



- możliwość wprowadzenia standardowej rurki intubacyjnej przez maskę,
- rurka maski wzmocniona, wykonana z przezroczystego PCV, bez zawartości ftalanów DEHP oraz lateksu,
- łącznik maski kodowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru, informacja o rozmiarze i wadze pacjenta umieszczona na rurce,
- rozmiary: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg, sterylna?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

ZESTAW 10

Pytanie 1. dot. zadania 42, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pojemniki chirurgiczne z neutralną 10% formaliną z zakręcaną nakrętką, o pojemności 10 ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2. dot. zadania 42, poz. 5-9

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pojemniki chirurgiczne z neutralną 10% formaliną ale ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk zachowując wskazane przez Zamawiającego pojemności?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3. dot. zadania 42

Czy Zamawiający dopuści do przeliczenia w formularzu cenowym wskazanych ilości sztuk na opakowania z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę? Pojemniki chirurgiczne z formaliną konfekcjonowane są przez Producenta w tzw. klastrach/opakowaniach liczących określoną ilość sztuk w zależności od pojemności pojemników i jako takie opakowania są w sprzedaży:

Lp.	Pojemność	Ilość pojemników w opakowaniu
1.	10 ml	80 szt.
2.	35 ml	54 szt.
3.	55 ml	54 szt.
4.	125 ml	24 szt.
5.	250 ml	12 szt.
6.	500 ml	6 szt.
7.	1000 ml	6 szt.
8.	3000 ml	4 szt.
9.	5000 ml	4 szt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza przeliczenia wskazanych ilości sztuk na opakowania z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę, gdyż zmieniłoby to ilość pojemników wymaganą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powodując nieporównywalność przy badaniu i ocenie złożonych ofert.

Zamawiający może jedynie zapewnić Wykonawcę, iż po podpisaniu umowy, zamówienia w zakresie realizacji postanowień umowy będą odbywały się w pełnych opakowaniach.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 4. dot. Projektu umowy

Wnioskujemy do Zamawiającego o zmianę zapisu § 1 ust 8 umowy poprzez dodanie: „lub droga mailową” tj:

„W przypadku wystąpienia problemu z dostępnością wyrobu, którego dotyczy umowa, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na pisemną prośbę Zamawiającego określoną ilość takiego wyrobu, jeśli tylko będzie miał taką możliwość. Brak takiej możliwości ma być potwierdzony pisemnie **lub drogą mailową** przez producenta wyrobu. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru od Wykonawcy całej ilości zabezpieczonego wyrobu”.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5. dot. Projektu umowy

Wnioskujemy do Zamawiającego o zmniejszenie terminu płatności do 30 dni od daty otrzymania partii towaru i faktury tj. :

„§ 2 ust 6: Zapłata za dostarczone wyroby nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie **do 30** dni od daty otrzymania partii towaru i faktury. Faktura lub załącznik do faktury musi zawierać numer umowy przetargowej i zamówienia, którego dotyczy”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6. dot. Projektu umowy

Wnioskujemy do Zamawiającego o modyfikację poprzez zmniejszenie w § 3 umowy dotyczącego wysokości kar umownych.

Proponujemy następujący kształt § 3 :

„1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,5 % zł za każdy dzień zwłoki wartości brutto niedostarczonej partii towaru. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości zamawianej partii towaru.

2. W przypadku upłynięcia(*zgodnie z terminem wskazanym w ofercie przetargowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy) - dotyczy zadania 1-10,12-35,37-46/ w przypadku upłynięcia 5 – dniowego roboczego – dotyczy zadania 36 terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 9 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru.

Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego złożenia (za pośrednictwem faksu). Przekazanie powyższej informacji jest równoznaczne z wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego zamówienia Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje (za pośrednictwem faksu) Zamawiającego o spodziewanej zwłoce w dostawie i dostarczy ją po złożeniu przez Zamawiającego powiadomienia o zakupie interwencyjnym, to przedmiot opóźnionej dostawy pozostaje do dyspozycji Wykonawcy w magazynie Zamawiającego.

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 2 dni,

- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 24 godzin.

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości niedostarczonego, bądź wadliwego towaru”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



ZESTAW 11

Pytanie 1. dot. zapisów SIWZ:

Prosimy o sprecyzowanie czy w związku z wymogiem dołączenia wypełnionego załącznika nr 1A-1 do siwz i wskazania strony w dokumencie opisowym dla oferowanego parametru Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty stron katalogowych produktów ze wskazaniem oferowanego asortymentu podając nr zadania i pozycji danego produktu w ramach tego zadania? Tylko w przypadku obowiązku dołączenia stron katalogowych zaoferowanych produktów z potwierdzeniem posiadania przez nie ocenianych cech Zamawiający będzie miał możliwość dokonania prawidłowej oceny złożonych ofert.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI pkt 9 SIWZ.

Zamawiający wprowadził modyfikacje poprzez usunięcie 5 kolumny w poprawionym Załączniku nr 1A do SIWZ – Parametry oceny, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie 2. dotyczy zapisów SIWZ:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem VI pkt 4 SIWZ w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PZP zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez siebie, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących dokumentów:

- 1) stron katalogowych produktów ze wskazaniem oferowanego asortymentu podając nr zadania i pozycji danego produktu w ramach tego zadania;**
- 2) dla zadania nr 16 oraz zadania nr 18 - próbek w ilości po 1 sztuce oferowanych przez wykonawcę przedmiotów dostawy opisanych w:– dla zadaniach: 16 - w poz. 1-8 Opisu Przedmiotu Zamówienia, dla zadania nr 18 – w poz. 4, 8, 12, 14 Opisu Przedmiotu Zamówienia;**
- 3) kart charakterystyki formaliny (dotyczy zadania 42).**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w oparciu o art. 26 ust. 3 w sytuacji, gdy dokumenty będą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Pytanie 3. dot. zadania 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igły do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 22G (0,70mm) długości 38mm lub 64mm zamiast pierwotnie opisanej dł. 50mm, pozostałe rozmiary i długości zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLNY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 4. dot. zadania 2

Prosimy o sprecyzowanie czy igły do wkłuc podpajęczynówkowych mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 5. dot. zadania 4, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaferowania drenów do ssaka ze standardową końcówką męsko- żeńską bez możliwości zamknięcia o jednej średnicy wew.5,6mm i średnicy zewn.8,0, wykonanego z medycznego PCV.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6. dot. zadania 4, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaferowania drenu do ssaka ze standardową końcówką żeńsko- żeńską bez możliwości zamknięcia dostępnego w dwóch różnych średnicach wewnętrznych (do wyboru przez Zamawiającego) w zakresie 5,0-6,0mm oraz 7,0mm i długości min.210mm-350mm, wykonanego z medycznego PCV.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7. dot. zadania 15, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma pracować skutecznie w zakresie 0-90 stopni? Zakres pracy 0-90 stopni oznacza zdolność generowania przez nebulizator cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie. Pozwala to personelowi medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej nawet u pacjentów o specjalnych wymaganiach w trakcie leczenia np. takich, którzy pozostają w pozycji poziomej (leżącej).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 8. dot. zadania 15, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawkę dyfuzora nie wypadającą w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora z leku? Taka konstrukcja podstawki dyfuzora, która nie wypada w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni ma szczególne znaczenie, ponieważ w trakcie opróżnienia pojemniczka nebulizatora przed jego kolejnym napełnieniem unika się ryzyka wypadnięcia podstawki i jej potencjalnej dekontaminacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 9. dot. zadania 15, poz. 3

3. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma być skalowany co 1 ml? Jest to istotne dla określenia ilości nebulizowanego preparatu znajdującego się w nebulizatorze oraz po zakończeniu nebulizacji dla określenia ilości nebulizatu podanego do pacjenta.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 10. dot. zadania 15, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu optymalnej depozycji leku średnia wielkość rozbijanych cząsteczek (MMAD) ma wynosić 2,7 mikrona?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 11. dot. zadania 15, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zaferowania maski krtaniowej firmy LMA jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklonowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarach 2,0-5,0.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12. dot. zadania 15, poz. 4

2. Prosimy o dopuszczenie zaferowania maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, bez uźebrowania, z całkowicie przezroczystymi mankiem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość wzmocnioną stabilizatorem uszczelnienia, z wzmocnioną grzbietową częścią mankietu, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu w rozm. 2,0-5,0.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13. dot. zadania 15, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zaferowania maski krtaniowej jednokrotnego użytku do wentylacji pacjenta z możliwością dokonania intubacji dotchawiczej, wyprofilowanej anatomicznie pod kątem około 90 stopni z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarach 3; 4; 5, posiadającą uchwyt dla ułatwienia założenia maski z ruchomym języczkiem ogranicznika nagłośni chroniącym przed możliwością wklonowania nagłośni i jednocześnie umożliwiającym dokonanie intubacji w zestawie lubrikant (żel) i strzykawka luer-lock 30 ml.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14. dot. zadania 18, poz. 1-4

Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki jednorazowego użytku mają posiadać skalę na cylindrze odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki (bez rozszerzenia) czyli skala do 2ml dla strzykawki pojemności 2ml, skala do 5ml dla strzykawki pojemności 5ml, skala do 10ml dla strzykawki pojemności 10ml, skala do 20ml dla strzykawki pojemności 20ml ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15. dot. zadania 18, poz. 1-4

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaferowania strzykawek dwuczęściowych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16. dot. zadania 18, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zaferowania strzykawek o pojemności 20ml pakowanych w opakowania po 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 17. dot. zadania 18, poz. 6, 8 i 9

Prosimy o dopuszczenie zaferowania strzykawek posiadających jednostronną skalę pomiarową. Pragniemy nadmienić, iż wszelki normy dotyczące strzykawek jednorazowego użytku dopuszczają, lecz nie wymagają posiadania dwustronnej skali pomiarowej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 18. dot. zadania 18, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania strzykawki typu Żaneta z końcówką cewnikową bez dodatkowego łącznika redukcyjnego, pojemności 50/60ml.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19. dot. zadania 18, poz. 8 i 9

Każdy producent pompy określa w menu pompy albo w instrukcji rodzaje strzykawek jakie mogą być stosowane w tych pompach. Należy zauważyć, że powszechną praktyką na rynku wyrobów medycznych jest, że producent pomp infuzyjnych lub tzw. podmiot odpowiedzialny (importer lub dystrybutor), mając na względzie zarówno bezpieczeństwo pacjentów jak i ochronę przed odpowiedzialnością prawną np. w zakresie odszkodowań za wystąpienie zdarzeń medycznych, ustala w instrukcji obsługi i użytkowania produkowanych przez siebie lub wprowadzanych do obrotu na terytorium RP pomp, jakie rodzaje strzykawek (wskazanych z nazwy własnej ich producenta) powinny prawidłowo współpracować z danym typem pompy. Jednocześnie, podczas testów producent – celem właściwego działania pompy – wprowadza do niej odpowiednie oprogramowanie do poszczególnych typów strzykawek. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych "Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania". W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy poprzez zapis „strzykawka ... przystosowana do pomp infuzyjnych Kwapisz i Medima” Zamawiający ma na myśli aby zaofiarowane strzykawki były wpisane w instrukcje obsługi pompy?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20. dot. zadania 18, poz. 10

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania strzykawek trzyczęściowych o pojemności 3ml z końcówką luer-lock, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21. dot. zadania 18, poz. 14-16

Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22. dot. zadania 18, poz. 1-4, 8-9, 10-13 oraz 14-15

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaofiarowania asortymentu pochodzącego od tego samego producenta.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23. dot. zadania 20, poz. 1

Czy medium HME sterylnego wymiennika ciepła i wilgoci w poz. 1 ma być wykonane z celulozy?

ODPOWIEDŹ: Tak, medium HME sterylnego wymiennika ciepła i wilgoci w poz. 1 ma być wykonane z celulozy.

Pytanie 24. dot. zadania 20, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje w poz. 1 wymiennika ciepła i wilgoci wyposażonego w dwie niezależne membrany HME jak obecnie używane przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 25. dot. zadania 20, poz. 1

Czy centralnie umieszczony port do pobierania próbek wymiennika ciepła i wilgoci w poz. 1 ma pełnić również rolę samoczynnej zastawki kaszlowej umożliwiającej pacjentowi na oddechu spontanicznym samodzielne wyrównanie ciśnienia w drogach oddechowych oraz ewakuację wydzieliny podczas odruchu kaszlowego?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 26. dot. zadania 20, poz. 1

Czy oczekiwany w poz. 1 wymiennik ciepła i wilgoci ma posiadać uniwersalny, schodkowy port tlenowy umożliwiający swobodne podłączenie dowolnego drenu tlenowego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 27. dot. zadania 20, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 wymiennika ciepła i wilgoci o wadze 6,3 g czyli niższej niż pierwotnie opisany w siwz.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 28. dot. zadania 20, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 wymiennika ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej nie większej niż 10 ml czyli mniejszej niż pierwotnie wymagana w siwz.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 29. dot. zadania 20, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 2 filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, a więc lepszej o wymaganej, p/wirusowej 99,99 %, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o poziomie nawilżania 33 mg H₂O przy VT=50 ml (30 mg H₂O / l przy VT 250 ml), z medium filtracyjnym hydrofobowym, przestrzeni martwej: 12 ml – istotnie mniejszej dla omawianego zakresu Vt, oporach przepływu: 1,4 cm H₂O przy 20 l/min., dla objętości oddechowej Vt 50-250 ml, o wadze 13,5 g, o utracie wilgoci nie większej niż 6 mg H₂O / l przy VT 250 ml jak obecnie używany przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 30. dot. zadania 20, poz. 2, 3 i 4

Prosimy o sprecyzowanie czy filtr ma posiadać nadrukowane na obwodzie filtra wartości minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 31. dot. zadania 20, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 3 filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o poziomie nawilżania min. 31 mg H₂O przy VT=500 ml, z medium filtracyjnym hydrofobowym, przestrzeni martwej max. 35 ml, oporach przepływu 1,8 cm H₂O przy 60 l/min (1,0 cm H₂O przy 30 l/min), objętości oddechowej Vt 150-1000 ml, wadze max. 31 g, jak obecnie używany przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 32. dot. zadania 20, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 4 filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, z medium filtracyjnym hydrofobowym, przestrzeni martwej 26 ml, oporach przepływu 1,6 cm H₂O przy 60 l/min, objętości oddechowej Vt 150-1000 ml, wadze max. 22 g, ze złączem prostym, sterylne, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, jak obecnie używane przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 33. dot. zadania 20, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jałowego zestawu do pobierania wydzieliny w czasie odsysania do badań laboratoryjnych, posiadającego korek lub nakrętkę umożliwiającą wysyłanie próbki wydzieliny w tym zestawie do badania, pojemnik z etykietą umożliwiającą opisanie próbki, pojemność 10ml, łączniki pasujące do każdego typu cewnika do odsysania, opakowanie umożliwiające otwarcie zestawu nie powodując jego zainfekowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 34. dot. zadania 20, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jałowego zestawu do pobierania wydzieliny w czasie odsysania do badań laboratoryjnych i odśluzowywania jamy ustnej noworodków, sterylnego, przezroczystego pojemnika 25ml, w rozmiarze uniwersalnym z końcówką pasującą do wszystkich rozmiarów cewników, w opakowaniu umożliwiającym otwarcie zestawu nie powodując jego zainfekowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 35. dot. zadania 21, poz. 1

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać wewnętrzną część lejka karbowaną, co pozwala na szczelne połączenie do ssaka?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 36. dot. zadania 21, poz. 1

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać na opakowaniu jednostkowym oryginalny nadruk producenta z: rozmiarem, dł. cewnika, nr katalogowym, nr seryjnym, datą ważności; sterylizowane tlenkiem etylenu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 37. dot. zadania 21, poz. 1

Czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na łączniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 38. dot. zadania 21, poz. 4

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki foley mają być sterylizowane radiacyjnie z wyraźnym oznaczeniem na etykiecie opakowania jednostkowego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 39. dot. zadania 21, poz. 4

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki foley mają być sterylizowane radiacyjnie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 40. dot. zadania 21, poz. 4

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają posiadać min. 3 czy 4 boczne otwory drenujące przy balonie 30-50 ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 41. dot. zadania 21, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley trójdrożnych silikonowanych dostępnych w rozmiarach 18ch-26ch, spełniających pozostałe wymogi swiz.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLNY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 42. dot. zadania 24

Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem „TYVEK” Zamawiający ma na myśli opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu, tak jak obecnie stosowane?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający ma na myśli opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu.

Pytanie 43. dot. zadania 45

Prosimy o sprecyzowanie czy kranik trójdrożny ma być wykonany z poliwęglanu czyli materiału pozwalającego na bezpieczną podaż lipidów i chemioterapeutyków?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44. dot. zadania 45

Prosimy o dopuszczenie zaferowania kraników trójdrożnych sterylizowanych radiacyjnie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 45. dot. zadania 45

Prosimy o dopuszczenie zaferowania kraników bez obrotowej końcówki lurek lock z przedłużaczem 7cm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 46. dot. zadania 45

Prosimy o sprecyzowanie czy kranik trójdrożny ma być wyposażony, poza optycznym, także w wyczuwalny wskaźnik pozycji otwarty/ zamknięty, co pozwala na jego precyzyjną obsługę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47. dot. zadania 45

Prosimy o sprecyzowanie czy kranik trójdrożny z przedłużaczem ma posiadać dodatkowy port iniekcyjny? Zastosowanie dodatkowego portu iniekcyjnego pozwala na „dostrzykiwanie” terapeutyku bez konieczności rozłączania całej linii. Ze względów epidemiologicznych takie rozwiązanie jest najbardziej optymalnym, zabezpieczającym przed zainfekowaniem linii oraz daje pełną szczelność systemy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

ZESTAW 12

Pytanie 1, dot. zadania 15 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej wg następującego opisu: o klasycznym kształcie z linią balonika zintegrowaną z rurką na całej długości, z wyraźnie oznaczonymi informacjami dotyczącymi rozmiaru na baloniku oraz zalecanej objętości balonika/wagi pacjenta oraz rozmiaru na wyraźnie widocznej okolicy łącznika pacjenta. Maski pakowane pojedynczo, sterylne, posiadające wszystkie informacje, etykiety, opakowanie i instrukcje użycia - zgodnie z aktualnymi wymogami UE. Rozmiary 2 [10 -20 kg]; 2,5 [20 -30 kg]; 3 [30- 50 kg]; 4 [50 – 70kg]; 5 [>70kg].

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 2 – dot. zadania 15 poz.4

Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej II generacji: i gel wg następującego opisu: wyposażone w nienadmuchiwany mankiet. Urządzenie wyposażone w kanał gastryczny, 12Fr (dla rozmiaru maski 2; 2,5; 3; 4) i 14F (dla rozmiarów maski 5), zintegrowany bloker zgryzu, stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. W sposób dokładny dopasowuje się do struktur gardła i krtani zapewniając niezawodne uszczelnienie okolic około krtaniowych bez potrzeby stosowania nadmuchiwanego mankietu. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie typu papier – folia. Gama rozmiarów:: 2- waga 10 -25 kg; 2,5 (25 – 35kg); 3 waga 30 – 60 kg; 4 waga 50 – 90 kg; 5 waga 90+.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3, dot. § 3 ust. 1 Projektu umowy

Wnosimy o zmianę w/w zapisów na poniższe:

„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4, dot. § 3 ust. 3 Projektu umowy

Wnosimy o zmianę w/w zapisów na poniższe:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 2 dni,

- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 2 dni roboczych.

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5, dot. § 3 ust. 4 Projektu umowy

Wnosimy o zmianę w/w zapisów na poniższe:

„W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 13

Pytanie 1, dot. zadania 44, poz. 1

Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, z dwoma przyciskami, długość 165mm, do elektrod z trzonkiem Ø 2,38 mm(wymagane 2,4 mm), z kablem o dł. min. 3m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

ZESTAW 14

Pytanie 1, dot. zadania 12

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 2, dot. zadania 12

Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych, na których znajduje się oznaczenie obowiązujących norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2, 3, 5, co jest wymagane przez obowiązujące normy?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3, dot. zadania 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby rękawy papierowo – foliowe i torebki papierowo - foliowe były oznakowane znakiem CE tylko na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz roli? Umieszczenie znaku CE na spawie rękawa papierowo – foliowego wprowadza w błąd sugerując, iż sam rękaw jest wyrobem gotowym, w rzeczywistości jest on półproduktem służącym do „wyprodukowania” przez Centralną sterylizatornię sterylnego wyrobu zapakowanego w rękaw. Niezależnie od tego czy proces sterylizacji przebiegł pomyślnie czy niepomyślnie wykorzystując rękawy z oznakowaniem CE na spawie rękawa Zamawiający otrzymuje wyrób gotowy, który jest oznakowany znakiem CE i w związku z tym spełnia wymagania dyrektywy, co jest niezgodne z stanem faktycznym dla wyrobów, dla których proces sterylizacji przebiegł niepomyślnie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4, dot. zadania 12

Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona samoklejącą etykietą identyfikacyjną znajdującą się między rękawem a folią zabezpieczającą, zawierającą informacje na temat daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu. Etykieta ta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 5, dot. zadania 12

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 6, dot. zadania 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na szczotki chirurgiczne o parametrach zgodnych z SIWZ pakowane po 30 szt. w opakowaniu jednostkowym?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 15

Pytanie 1, dot. zadania 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 50 sztuk oraz zmieni parametry podlegające ocenie jakościowej (Załącznik 1A-11) w punkcie b na -Opakowanie zbiorcze **50 lub 100 testów**?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2, dot. §3 ust. 4 i 5

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie niniejszych punktów, iż Wykonawca ubezpiecza przedmiot dzierżawy oraz dokonuje naprawy lub wymiany na inny autocztytnik, wyłącznie w przypadku uszkodzeń nie wynikających z niewłaściwego użytkowania. W przypadku uszkodzeń z winy użytkownika koszty naprawy winny obciążać Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza zmiany w § 3 ust. 5 jak poniżej:

„5. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany na inny sprawny autocztytnik zgodnie z § 4 ust. 6 na swój koszt. W przypadku jednak gdy wyłączną przyczyną awarii było niewłaściwe użytkowanie autocztytnika przez



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Zamawiającego, co Wykonawca jest w stanie wykazać za pomocą stosownych, obiektywnych środków dowodowych, koszty naprawy autoczynnika ponosi Zamawiający.

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 4A do SIWZ – Projekt umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie 3, dot. §4 ust. 1

Dotyczy Wzoru umowy § 4 punkt 1: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 1% wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4, dot. §4 ust. 2

Dotyczy Wzoru umowy § 4 punkt 2: Uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisu: „powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 200zł”. Kara w obecnej wielkości jest rażąco wysoka, gdyż Wykonawca w przewidzianej niniejszym paragrafem sytuacji zostanie już obciążony różnicą w cenie pomiędzy ceną umowną a ceną zakupu interwencyjnego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5, dot. §4 ust. 4

Dotyczy Wzoru umowy § 4 punkt 4: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 1% wartości wadliwej/niepełnej partii zamówienia za każdy dzień zwłoki. Kary w obecnej wielkości są rażąco wysokie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6, dot. §4 ust. 4

Dotyczy Wzoru umowy § 4 punkt 4: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 2% wartości niezrealizowanej części umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 16

Pytanie 1, dot. zadania 41

Czy Zamawiający dopuści zamknięty bezigłowy łącznik dostępu bezigłowego o długości max. 3 cm, w którym membrana zlicowana jest z górną powierzchnią korpusu i osadzona na poliwęglanowej kaniuli zapewniającej prostoliniowy tor przepływu, o prędkości przepływu 350 ml/min, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 7 bar=101,5 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 2,6 bar=37,7 psi, o możliwości podłączenia u pacjenta na minimum 7 dni lub 400 aktywacji? Produkt ten charakteryzuje się jednym z najniższych objętości refluksu wśród dostępnych w sprzedaży co pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń odcewnikowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 2, dot. zadania 46

Czy Zamawiający dopuści igły do portów przystosowane do iniekcji pod ciśnieniem do 300 psi (20.41 bar)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3, dot. zadania 46

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia igieł z drenem do portów wyposażonych w skrzydełka, odpinane po wpięciu igły, które nie ograniczają widoczności miejsca wkłucia?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



ZESTAW 17

Pytanie 1, dot. zadania 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rurek intubacyjnych z mankietem niskociśnieniowym wykonanym z medycznego PCV, zamiast polerowanych laserowo silikonowanych, co daje jednakowy efekt gładkości rurki. Ze znacznikiem głębokości w postaci szewrokiego paska.

Z oczkiem Murphy do krótko i średnio trwającej intubacji spełniającej pozostałe wymogi z opisu. Ale 5 –cioma oznaczeniami rozmiaru rurki.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 2, dot. zadania 1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rurek intubacyjnych z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca do przedłużonej intubacji wyposażonej w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 3 oznaczenia na korpusie rurki, niebieski łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy zapewniający strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Możliwość skrócenia rurki o 8 cm, znacznik rtg wykonanym z medycznego PCV, silikonowana bez ftalanów

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 3, dot. zadania 1, poz. 6 i 7

Czy rurki tracheostomijne w pozycji 6 i 7 mają być silikonowane, bez zawartości ftalanów?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 18

Pytanie 1, dot. zadania 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 88 mm w miejsce 90 mm oraz 40 mm w miejsce 50 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 2, dot. zadania 3, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 2600ml skalowany co 100 ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 3, dot. zadania 3, poz. 1-16

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu i umożliwienie złożenie oferty właśnie na te pozycje?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4, dot. zadania 4, poz. 1, 2

Czy pod pojęciem „możliwość zamknięcia końcówki” Zamawiający ma na myśli aby dreny w zestawie posiadały zatyczki?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający ma na myśli aby dreny w zestawie posiadały zatyczki.

Pytanie 5, dot. zadania 4, poz. 1

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga drenów o długości 2100mm a nie 210mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający w zadaniu 4 w pozycji 1 wymaga zaoferowania drenów o długości 2100 mm.

Zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 6, dot. zadania 4, poz. 2

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga drenów o długości 2700 – 3100 mm a nie 270 - 310mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający w zadaniu 4 w pozycji 2 wymaga zaoferowania drenów o długości 2700 – 3100 mm.

Zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie 7, dot. zadania 4, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8, dot. zadania 13, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch rodzajów testów tj. suchego i mokrego do wyboru przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania testu urazowego suchego lub mokrego.

Pytanie 9, dot. zadania 15, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści aby informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiety znajdowały się na korpusie maski?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10, dot. zadania 17, poz. 10, 11

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w rozmiarze 1,1 i 1,2 o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótkościęte oraz długościęte? Igiły krótkościęte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igiły długościęte przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji i ewakuacji ropni.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 11, dot. zadania 17, poz. 10, 11

Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 12, dot. zadania 17, poz. 10, 11

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13, dot. zadania 18, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie każdej pojedynczej sztuki strzykawki było zróżnicowane kolorem w zależności od pojemności?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 14, dot. zadania 18, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z informacją o braku fatalnaów na opakowaniu jednostkowym (pojedyncza sztuka)?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 15, dot. zadania 18, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawkę ze skalą rozszerzoną odpowiednio 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16, dot. zadania 21, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały powierzchnię „zmrożoną”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 17

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu **wyrobów medycznych**, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wskazuje środków transportu, którymi ma się odbywać dostawa wyrobów medycznych.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wskazuje środków transportu, którymi ma się odbywać dostawa wyrobów medycznych.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wskazuje środków transportu, którymi ma się odbywać dostawa wyrobów medycznych.

ZESTAW 19

Pytanie 1. dot. zadania 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w postępowaniu produktów:

- poz. 1

Kaniuła do krótkotrwałego dostępu dożylnego z poliuretanu bez portu górnego, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, pakowana pojedynczo, z 4 paskami kontrastującymi w RTG, 24 G 0,7 x 19 mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



- poz. 2

Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu, z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z mechanizmem zatraskowym na kolumnie portu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się koreczka portu iniekcyjnego, zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji produktu. 22 G 0,9 x 25mm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- poz. 3

Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu, z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z mechanizmem zatraskowym na kolumnie portu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się koreczka portu iniekcyjnego, zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji produktu. 20G. 1,1 x 33mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- poz. 4

Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu, z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z mechanizmem zatraskowym na kolumnie portu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się koreczka portu iniekcyjnego, zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji produktu. 18 G - 1,3 x 33 mm lub 18 G - 1,3 x 45 mm (do wyboru przez Zamawiającego)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- poz. 5

Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu, z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z mechanizmem zatraskowym na kolumnie portu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się koreczka portu iniekcyjnego, zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji produktu. 17 G - 1,5 x 45 mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- poz. 6

Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu, z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z mechanizmem zatraskowym na kolumnie portu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się koreczka portu iniekcyjnego, zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji produktu. 16 G - 1,7 x 50 mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- poz. 7

Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu, z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z mechanizmem zatraskowym na kolumnie portu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się koreczka portu iniekcyjnego, zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji produktu. 14 G - 2,2 x 50 mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



- poz. 8

Bezpieczna kaniula żylna z portem ze skrzydełkami wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. z mechanizmem zatraskowym na kolumnie portu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się koreczka portu iniekcyjnego. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Rozmiary: 14G 22 x 50, 16G 1,7 x 50mm; 17G 1,5 x 45mm; 18G- 1,3 x 33mm i 45mm; 20G 1,1 x 25mm i 33mm; 22G 0,9 x 25mm, 24G 0,7 x 19mm do wyboru przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

- poz. 9

Koreczki do kaniul z trzpieniem znajdującym się poniżej jego krawędzi, kompatybilne z kaniulami z poz. 1-8, pakowane pojedynczo

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- poz. 10

Koreczki dwustronne męsko-żeńskie (combi) do kraników i wkłuc, łatwo wkręcane i wykręcane, kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuc obwodowych, centralnych, tętnicznych, wykonane z polietylenu, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer-Lock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pojedynczo pakowane.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

ZESTAW 20

Pytanie 1. dot. zadania 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości z 2 kompletów na 5, gdyż taką ilość zawiera opakowanie handlowe producenta.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 21

Pytanie 1. dot. zadania 23, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażonego w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; zestaw posiada strzykawkę z podziałką o pojemności 45ml do napełnienia balonika retencyjnego, która ułatwia określenie momentu napełnienia balonu i zapobiega jego przepełnienia; zestaw wyposażony w specjalnie zaprojektowaną konstrukcję umożliwiającą umieszczanie końcówki drenu w jamie ciała pacjenta bez potrzeby penetracji odbytu przy użyciu palca; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania potwierdzonych badań klinicznych potwierdzających czas stosowania. System jest skuteczny pomimo braku badań klinicznych nie prowadzonych ze względu na przeznaczenie / zastosowanie sprzętu (doodbytnicze podczas biegunki, czyli w środowisku z dużą ilością bakterii coli)

System nie powoduje odleżyn w odbycie pacjenta gdy przestrzega się zasady prewencji tzn. odbarczenia balonika raz na dobę. System jest biologicznie czysty.

W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane skalowane - 100ml, 250ml, 400ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml oraz z filtrem węglowym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 1. dot. zadania 23, poz. 1

Dotyczy zadania nr 50, poz. nr 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych kompatybilnych z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1500 ml, skalowane - 100ml, 250ml, 400ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml, nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

ZESTAW 22

Pytanie 1. dot. zadania 44, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt jednorazowy z elektrodą nóż, 2 przyciski, sterylne o długości 155mm? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

ZESTAW 23

Pytanie 1. dot. zadania 3, poz. 1-4

Czy oferowane dreny Redona powinny być pakowane na wprost (bez zawijania), co zapobiega niekontrolowanej zmianie położenia drenu już po aplikacji ze względu na utrzymującą się pamięć kształtu drenu wykonanego z PCV jak również niekontrolowanym uciskom w miejscu ujścia drenu z rany pooperacyjnej, a tym samym zapobiega licznym powikłaniom z tym związanym?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2. dot. zadania 3, poz. 17

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zamkniętego systemu do godzinowej zbiórki moczu, sterylnego, z płaskim portem bezigłowym, 2 zastawkami antyzwrotnymi, minimum 2 wentylacyjnymi, hydrofobowymi filtrami antybakteryjnymi, drenem odprowadzającym zabezpieczonym spiralą antyzałamaniową, workiem 2000 ml skalowanym co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce, komorą pomiarową 500 ml nad workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalającą na opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą, ze skalą linearną, skalowanie wydzielonej komory kroplowej Pasteur'a co 1 ml od 1 do 40 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml, możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. dot. zadania 3 poz. 26

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania stazy automatycznej wyposażonej w uwalnianie zacisku natychmiastowe lub powolne, pozbawiona metalowych oraz lateksowych elementów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4. dot. zadania 3 poz. 33

Czy Zamawiający dopuści precyzyjny regulator niezależny od drenu umożliwiający dokładne ustawienie pożądanego przepływu w zakresie 5-250ml/godz. posiadający podwójną skalę na roztworów o lepkości 10% oraz 40%, pozbawiony DEHP (ftalanów)? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5. dot. zadania 3 poz. 35



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Czy Zamawiający wymaga aby cewniki do karmienia w rozmiarze Ch4-10 (pediatryczne) były wykonane z PCV nie zawierającego toksycznych ftalanów zgodnie z wymogami Ustawy o WYROBACH MEDYCZNYCH?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 6. dot. zadania 3 poz. 39

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania drenu brzuszno-wątrobowego wykonanego z silikonowanego tworzywa o optymalnej dobranej sprężystości i giętkości materiału możliwy do zamówienia w wersji z trzema lub siedmioma otworami?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7. dot. zadania 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania drenu do ssaka z końcówką męsko-żeńską, jałowy Ch 24, dł. min. 200cm z możliwością zamknięcia końcówki. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 8. dot. zadania 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania drenu do ssaka z końcówką męsko-żeńską, jałowy Ch 25, dł. min. 210cm z możliwością zamknięcia końcówki. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z poprawionym Załącznikiem nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9. dot. zadania 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania drenu do ssaka z końcówką żeńsko-żeńską, jałowy Ch 25, dł. min. 260cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z poprawionym Załącznikiem nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 10. dot. zadania 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania drenu do ssaka z końcówką żeńsko-żeńską, jałowy Ch 24, dł. min. 250cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 11. dot. zadania 15 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania nebulizatora, który dostarcza aerozol pod kątem do 90 stopni – pozwala przyjąć pacjentowi pozycję horyzontalną? Skuteczność pracy nebulizatora w zakresie 0-90 stopni oznacza zdolność generowania przez nebulizator cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie. Pozwala to personelowi medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej nawet u pacjentów o specjalnych wymaganiach w trakcie leczenia np. takich, którzy pozostają w pozycji poziomej.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12. dot. zadania 15 poz. 4

Maska krtaniowa z mankietem niskociśnieniowym z przezroczystego PCV bez lateksu wygięta pod kątem 90°, długi łącznik 15mm z polipropylenu stanowiący jednocześnie blokadę anty-zagryzieniową oraz ułatwiający aplikację maski, balonik kontrolny poziomu napompowania mankieta z informacją maksymalnej objętości wypełnienia mankieta oraz zakresem wagowym pacjenta. Zawór balonika kontrolnego fabrycznie wyposażony w system wyrównania ciśnienia w mankiecie zapobiegający sklejanemu się mankieta. Opakowanie sztywne zapobiegające zmianie kształtu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



ZESTAW 24

Pytanie 13. dot. §3 ust. 1-4

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysyłanej umowy w zakresie zapisów § 3 ust 1-4:

1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości **50 zł** za każdy dzień zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać **10%** wartości **brutto** zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż **50 zł**.
3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
 - braków ilościowych – w ciągu 2 dni,
 - wad jakościowych – w ciągu 14 dni.Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 24 godzin za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości brutto niedostarczonego, bądź wadliwego towaru.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje następujące modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert pkt 1 ppkt 2), który otrzymuje brzmienie:

„2) Termin dostawy - 10 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „termin dostawy”

- dla terminu dostawy wynoszącego 5 dni roboczych – 0 pkt.

- dla terminu dostawy wynoszącego 4 dni robocze – 5 pkt.

- dla terminu dostawy wynoszącego do 3 dni robocze – 10 pkt.

przy czym najdłuższy termin dostawy to 5 dni”

Tym samym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2A do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy oraz załącznik nr 2B do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Poprawiony załącznik do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy oraz poprawiony załącznik nr 2B do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Dodatkowo Zamawiający rozszerza zapisy załącznika nr 4 – Projekt umowy w §6 oraz załącznika nr 4a – Projekt umowy w §7 o ust. 2 ppkt 5):

„5) zmianę miejsca dostawy, określonego w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy, poprzez wskazanie dodatkowego miejsca dostawy, znajdującego się w obrębie administracyjnym Gminy Miasto Szczecin, w przypadku wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający zobowiązany będzie do każdorazowego wskazania w zleceniu miejsca dostawy”

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy oraz w poprawionym Załączniku nr 4A do SIWZ – Projekt umowy, który został



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

W oparciu o art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia i wniesienia wadium w poniższy sposób:

- termin składania ofert – z 31.01.2017r., do godz. 10:00 na **13.02.2017r., do godz. 10:00,**
- otwarcie ofert – z 31.01.2017r. o godz. 10:30 na **13.02.2017r. o godz. 10:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

➤ **rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 13.02.2017r., do godz. 10:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska**