



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09

Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl

NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274

ING Bank Śląski: 60 1050 1559 1000 0023 4179 6064



Znak sprawy:
EZP/220/3/2017/2

Data:
03.03.2017 r.

**WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/3/2017, pn. Dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii PTCA i PTA dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostało złożone pytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o które Zamawiający dokonuje zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert.

Pytanie Wykonawcy:

ZESTAW 17

Pytanie 1

Załącznik nr 1A do SIWZ

Zadanie nr 33 poz. 1 pkt. 7

Czy zamawiający miał na myśli cewnik zaopatrzony w znacznik pokazujący głębokość – trzy markery w odległości co 10 mm ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga dla zadania nr 33 w poz. 7 - Cewnik zaopatrzony w znacznik pokazujący głębokość – trzy markery w odległości co 10 mm.

Zmiany zostały wprowadzone w Załączniku nr 1A -33 do SIWZ (dotyczy zadania nr 33) Wymagane parametry/warunki graniczne dla zadania 33, który otrzymuje nazwę poprawiony 2 Załącznik nr 1A -33 do SIWZ (dotyczy zadania nr 33) Wymagane parametry/warunki graniczne dla zadania 33 i został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert, na niżej podane:

- **termin składania ofert** – z 09.03.2017., do godz. 11:00 **na 20.03.2017 r., do godz. 11:00,**

- **otwarcie ofert** – z 09.03.2017 r. o godz. 11:30 **na 20.03.2017 r. o godz. 11:30.**

1. **W rozdziale XI SIWZ w pkt 5 i 6, otrzymując brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać **do dnia 20.03.2017 r., do godz. 11:00.**

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 20.03.2017 r. o godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, Świetlica w budynku „O” I piętro Świetlica, przy ulicy Arkońskiej 4”.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
Małgorzata Usielska**



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015