



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09

Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl

NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274

ING Bank Śląski: 60 1050 1559 1000 0023 4179 6064



Znak sprawy:
EZP/220/10/2017/2

Data:
07.02.2017 r.

**WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/10/2017, pn. Dostawa sprzętu
jednorazowego użytku do zabiegów neurochirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o które Zamawiający dokonuje zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o art. 12a ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert:

Pytanie Wykonawcy:

ZESTAW 2

Pytanie 1, zadanie 2

Czy Zamawiający wymaga zastawki z antysyfonem czy bez? Mechanizm ogranicza ponadnormatywny drenaż przy zmianie pozycji ciała pacjenta, działając na zasadzie dźwigni hydrodynamicznej.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 2, zadanie 2

Czy antysyfon powinien być zintegrowany z zastawką – tzn. zastawka i antysyfon tworzą jedną całość?

ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z powyższym.

Pytanie 3, zadanie 2

Czy Zamawiający wymaga zastawki, której mechanizm przepływu regulowany jest w sposób nieinwazyjny za pomocą magnetycznego programatora bez konieczności podłączania go do zewnętrznych źródeł prądu/gniazdka.? Brak konieczności przecinania powłok skórnych, klucia, nacisku, przebijania skóry etc. w trakcie regulowania mechanizmu zastawki po jej zaimplantowaniu?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 4, zadanie 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zastawki odpornej na działania pola magnetycznego, która umożliwia wykonania badania MRI bez ryzyka samoistnego przeprogramowania zastawki oraz uszkodzenia mechanizmu zastawki w trakcie wykonywanego badania MRI o natężeniu pola do 3 tesli. Brak takiego wymogu umożliwi złożenie oferty na zastawkę, której mechanizm ulega przeprogramowaniu i/lub uszkodzeniu w trakcie wykonywania kontrolnych badań MRI co w efekcie stwarza ryzyko konieczności reimplantacji zastawki.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 4, zadanie 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zastawek w 2 różnych rozmiarach: „regular” – dla dorosłych, oraz „small” – dla dzieci i niskich dorosłych, do wyboru na etapie składania zamówienia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga powyższego rozwiązania.



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

Pytanie 5, zadanie 2

Czy Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia programatora zastawek na cały okres trwania umowy?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 6, zadanie 2

Czy Zamawiający wymaga aby zastawka była wykonana z hipoalergicznymi materiałami/substancjami ograniczającymi efekt zatykania i odkształcania po implantacji (w efekcie ogrzania zastawki do temperatury ciała pacjenta) oraz aby zastawka była pozbawiona lateksu, który w skrajnych przypadkach prowadzi do wstrząsu anafilaktycznego po zaimplantowaniu zastawki?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 7, zadanie 2

Czy Zamawiający wymaga aby zastawka była wykonana z wysokogatunkowych tworzyw sztucznych i pozbawiona elementów metalowych (poza wewnętrznymi metalowymi elementami mechanizmu zastawki). Na rynku dostępne są zastawki wykonane z matulu/stali.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga.

Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert, na niżej podane:

- **termin składania ofert** – z 09.02.2017 r., do godz. 10:00 **na 10.02.2017 r., do godz. 10:00,**

- **otwarcie ofert** – z 09.02.2017 r. o godz. 10:30 **na 10.02.2017 r. o godz. 10:30.**

1. **W rozdziale XI SIWZ w pkt 5 i 6,** otrzymując brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać **do dnia 10.02.2017 r., do godz. 10:00.**

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 10.02.2017 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, Świetlica w budynku „O” I piętro Świetlica, przy ulicy Arkońskiej 4”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska