

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Zadanie nr 1 CPV 33.18.15.20-3**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	Dializator niskoprzepływowo z błony syntetycznej sterylizowany parą wodną o powierzchni 1,4-1,5m ² i współczynnika ultrafiltracji mniejszym lub równym 12 ml/h mmHg	100 szt.
2.	Dializator niskoprzepływowo z błony syntetycznej sterylizowany parą wodną o powierzchni 1,8-2,0m ² i współczynnika ultrafiltracji mniejszym lub równym 14 ml/h mmHg	1 500 szt.
3.	Dializator niskoprzepływowo, z błony syntetycznej, sterylizowany parą wodną, o powierzchni 2,2-2,4m ² i współczynnika ultrafiltracji mniejszym lub równym 21 ml/h mmHg	600 szt.
4.	Dializator wysokoprzepływowo z błony syntetycznej sterylizowany parą wodną o powierzchni 1,4-1,5m ²	300 szt.
5.	Dializator wysokoprzepływowo z błony syntetycznej sterylizowany parą wodną o powierzchni 1,8-2,0m ²	6 000 szt.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 2. CPV 33.18.15.20-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	Dializator (Rozmiar: 1,5-1,6m ²) syntetyczny, niskoprzepływowo, suchy, sterylizowany bez użycia tlenu etylenu i pary wodnej,	300 szt.
2.	Dializator syntetyczny, niskoprzepływowo, suchy, sterylizowany bez użycia tlenu etylenu i pary wodnej, powierzchnia 1,7-1,8 m ² ,	500 szt.
3.	Dializator syntetyczny, niskoprzepływowo, suchy, sterylizowany bez użycia tlenu etylenu i pary wodnej, powierzchnia 1,9-2,0 m ² ,	5 000 szt.
4.	Dializator syntetyczny, niskoprzepływowo, suchy, sterylizowany bez użycia tlenu etylenu i pary wodnej, Powierzchnia 2,1-2,2m ²	1 000 szt.
5.	Dializator syntetyczny, wysokoprzepływowo, suchy, sterylizowany bez użycia tlenu etylenu i pary wodnej, Powierzchnia $\geq 2,5m^2$	200 szt.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 3. CPV 33.18.15.20-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	Dializator z błony syntetycznej, wysokoprzepływowo, sterylizowany promieniami gamma o powierzchni 2,1 i 2,3 m ²	4 000 szt.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 4. CPV 33.18.15.20-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	Linie krwi do aparatów hemodializy Fresenius 4008/ linia tętniczo –	18 000 kpl.

	żylna do dializy na 2 wkłucia z jeziorkiem 22m	
--	--	--

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet.

Zadanie nr 5. CPV 33.18.15.20-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	linie do podawania płynu substytucyjnego przy zabiegach hemodiafiltracji na aparatach Fresenius z modułem Online Plus.	100 szt.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 6. CPV 33.18.12.00-4

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	Filtr Diasafe do aparatu Frasenius 4008 S.	250 szt.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 7. CPV 33.18.15.20-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	Linie krwi do aparatu Gambro AK.	1 000 kpl.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet.

Zadanie nr 8. CPV 33.18.15.20-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	Korki do cewników luer-lock umożliwiające wielokrotne podawanie leków przez gumkę	20 000 szt.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 9. CPV 33.14.13.24-7

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	Igła do hemodializy (tętniczo-żylna) 1,5 mm – sterylizowane promieniami Gamma	100 szt.
2.	Igła do hemodializy (tętniczo-żylna) 1,6 mm – sterylizowane promieniami Gamma	16 000 kpl.
3.	Igła do dializy jednoigłowej 1,6 mm – sterylizowane promieniami Gamma	2 000 kpl.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę, komplet.

Zadanie nr 10. CPV 33.18.15.20-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	Cewnik Tenckhoffa do prowadzenia dializy otrzewnowej prosty lub łabędzia szyja dł. 40 – 47cm – z dwoma mufkami szer. 1 cm – odległość między mufkami 5 – 8 cm – długość części z dziurkami 15 cm	10 szt.
2.	Cewnik Tenckhoffa do prowadzenia dializy otrzewnowej prosty lub łabędzia szyja dł. 43 – 47cm – z dwoma mufkami szer. 1 cm – odległość między mufkami 7 – 8,5 cm – długość części z dziurkami 15 cm	7 szt.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 11. CPV 33.18.15.20-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy) – cewnik dwukanałowy 11 – 12 Fr x 15 - 16cm	30 zestawów

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.

Zadanie nr 12. CPV 33.18.15.20-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy) – cewnik dwukanałowy 11 – 12 Fr x 17 – 21 cm	20 zestawów

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.

Zadanie nr 13. CPV 33.18.15.20-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy) – cewnik dwukanałowy pokryty jonami srebra 12Fr x 20 cm	23 zestawy

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.

Zadanie nr 14. CPV 33.18.15.20-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy) – cewnik dwukanałowy pokryty jonami srebra 12Fr x 15 – 16cm	2 zestawy

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.

Zadanie nr 15. CPV 33.18.15.20-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	Cewnik permanentny dwukanałowy (dwuświatłowy) 14,5 F x 23 – 28cm; całkowita długość cewnika do 28cm, długość od mufki do końca cewnika – 23cm o przekroju podwójne D z Carbotanu – igła prosta – dilatator – przewodnik – przewodnik rozszerzalny (osłonka prowadząca z zaworem) – tunelizator – zakrętki luer-lock	30 szt.
2.	Cewnik permanentny dwukanałowy (dwuświatłowy) 14,5 F x 27 – 32cm; długość od mufki do końca cewnika – 27cm o przekroju podwójne D z Carbotanu – igła prosta – dilatator – przewodnik – przewodnik rozszerzalny (osłonka prowadząca z zaworem) – tunelizator – zakrętki luer-lock	20 szt.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 16. CPV 33.18.15.20-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	Cewnik permanentny dwukanałowy (dwuświatłowy) 14,5Fr x 40 – 45cm; ze szczelinami bocznymi wycinanymi laserowo, symetrycznie zakończony Spiral - Z długość od mufki do końca cewnika – 28cm – igła prosta – dilatator – przewodnik – przewodnik rozdzielalny (osłonka prowadząca z zaworem) – tunelizator – zakrętki luer-lock	20 szt.
2.	Cewnik permanentny dwukanałowy (dwuświatłowy) 14,5fr x 40 – 43cm; ze szczelinami bocznymi wycinanymi laserowo, symetrycznie zakończony Spiral – Z długość od mufki do końca cewnika – 23cm – igła prosta – dilatator – przewodnik – przewodnik rozdzielalny (osłonka prowadząca z zaworem) – tunelizator – zakrętki luer-lock	25 szt.

3.	Cewnik permanentny dwukanałowy (dwuświatłowy) 14,5Fr x 50 – 53cm; ze szczelinami bocznymi wycinanymi laserowo, symetrycznie zakończony Spiral - Z długość od mufki do końca cewnika – 33cm – igła prosta – dilatator – przewodnik – przewodnik rozdzielalny (osłonka prowadząca z zaworem) – tunelizator – zakrętki luer-lock	15 szt.
----	--	---------

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 17. CPV 33.18.15.20-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	Cewnik permanentny poliuretanowy, dwukanałowy (dwuświatłowy) 14,5F x 32cm z zakończeniem schodkowym z 3 otworami napływowymi i 3 otworami odpływowymi, długość od mufki do końca cewnika – 27cm – igła prosta – dilatator – przewodnik – przewodnik rozszerzalny (osłonka prowadząca z zaworem) – tunelizator – zakrętki luer-lock	20 szt.
2.	Cewnik permanentny poliuretanowy, dwukanałowy (dwuświatłowy) 14,5Fr x 28 z zakończeniem schodkowym, z 3 otworami napływowymi i 3 otworami odpływowymi, długość od mufki do końca cewnika – 23cm – igła prosta – dilatator – przewodnik – przewodnik rozszerzalny (osłonka prowadząca z zaworem) – tunelizator – zakrętki luer-lock	40 szt.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 18. CPV 33.18.15.20-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	Cewnik permanentny dwukanałowy (dwuświatłowy) 14,5Fr x 40 – 55cm; całkowita długość cewnika do 72 cm .Długość od mufki do końca cewnika – 55cm – igła prosta – dilatator – przewodnik – przewodnik rozdzielalny (osłonka prowadząca z zaworem) – tunelizator – zakrętki luer-lock	10 szt.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 19. CPV 33.18.15.20-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	-prowadnik prosty 0,35 x 60 cm	30 szt.
2.	-prowadnik prosty J 0,22 x 60 cm	20 szt.
3.	-prowadnik prosty J 0,35 x 60 cm	20 szt.
4.	-rozszerzacz 8F x 18 cm -rozszerzacz 11F x 15 cm	20 szt.
5.	-przedłużacz „Y” do prowadzenia dializy jednoigłowej	300 szt.
6.	- igła prosta 18G x 7 cm	40 szt.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 20. CPV 33.18.15.20-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	Filtry do nerek Gambro V 9000 S lub równoważne	50 szt.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 21. CPV 33.18.15.20-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy) – wstępnie zakrzywiony, cewnik dwukanałowy 14,5-16 Fr x długość od mufki 27 – 42 cm – prowadnik J 0,038 x 70 cm – rozszerzacz 8 Fr – 12 Fr – igła prosta 17 – 18 G x 7 – zakrętki luer-lock, ostrze	10 zest.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.

Zadanie nr 22. CPV 33.18.15.20-3

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 m-cy
1.	Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy): - cewnik dwukanałowy 11-12 F x 15-16 cm, - prowadnik J 0,35 x 70 cm – J 0,38 x 70 cm, - rozszerzacz 10 F – 12 F, - igła prosta 17-18 G x 7 cm, - zakrętki luer -lock - silikonowe	130 zestawów
2.	Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy): -cewnik dwukanałowy 11-12F 18-20 cm -prowadnik J 0,35 x 70 cm – J 0,38 x 70 cm, -rozszerzacz 10 F-12 F,	220 zestawów

	<ul style="list-style-type: none"> - igła prosta 17-18 G x 7 cm, - zakrętki luer -lock - silikonowe 	
3.	<p>Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy):</p> <ul style="list-style-type: none"> -cewnik dwukanałowy 11-12F 24 cm -prowadnik J 0,35 x 70 cm – J 0,38 x 70 cm, -rozszerzacz 10 F-12 F, - igła prosta 17-18 G x 7 cm, - zakrętki luer -lock - silikonowe 	80 zestawów

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.