



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
ING Bank Śląski: 60 1050 1559 1000 0023 4179 6064



Znak sprawy:
EP/220/29/2017/1

Data:
09.05.2017r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/29/2017, pn. Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych i do procedur podwyższonego ryzyka dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Wykonawcy:

ZESTAW 1

Pytanie 1 – dot. zadania 3

Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL mniejszym lub równym 1,5?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 2

Pytanie 1 – dot. zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic sekcyjnych z równomiernie rolowanym mankietem, posiadające teksturę na palcach o min. długości 293mm, pakowane a'25par wycenione za parę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – dot. zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic a'200szt (XS-L) oraz a'180szt (XL) wycenione za opakowania a'200szt?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 – dot. zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic posiadających teksturę na końcach palców, o grubości 0,08mm ($\pm 0,02$ mm)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 – dot. zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic przebadanych na min. 12 cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 – dot. zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic przebadanych na 20 substancji chemicznych w tym min. 12 cytostatyków?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

Pytanie 6 – dot. zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przedłożenie raportu z badań Producenta nie starszych niż 2016r. (do innej serii niż dostarczone próbki)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 3**Pytanie 1 – dot. zadania nr 2 poz.2 i 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic jałowych chirurgicznych składanych w połowie, pozostałe parametry zgodne?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – dot. zadania nr 3 - pkt.6 wymagane parametry

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający opisując AQL mniejszy niż 1,5 (AQL < 1,5) wymaga AQL o poziomie 1.0 z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu?

ODPOWIEDŹ: Zapis AQL<1,5 dopuszcza przedział 1-1,5, który oznaczony jest poziomem AQL 1,5. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga fabryczne oznakowanie poziomu AQL 1.0.

Pytanie 3 – dot. zadania nr 3 - pkt.15 wymagane parametry

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby wytrzymałość (siła zrywu) w okresie ważności wynosiła min.9N?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga wytrzymałości minimum 6N.

Pytanie 4 – dot. zadania nr 3 - pkt.18 wymagane parametry

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymagając raportu z badań producenta do wybranej serii zgodnie z normą EN 455-1-2-3, żąda dostarczenia próbki rękawic (tj.1 op. Handlowe) w serii przedstawionej w badaniu w dowolnym rozmiarze załączonej do oferty?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ – Zamawiający wymaga raportu z badań producenta do wybranej serii zgodnie z normą EN-455-1-2-3. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby seria załączonej próbki rękawic (tj. 1 opakowanie handlowe) przedstawiona była w w/w badaniu.

Pytanie 5 – dot. zadania nr 4 poz.23 - pkt.24 wymagane parametry

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy diagnostycznej lateksowej, niejałowej, bezpudrowej o grubości na dłoni 0,30mm (mediana) pozostałe parametry zgodne?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 4 w poz. 2

Pytanie 6 – dot. zadania nr 6 poz.1 - pkt.7 wymagane parametry

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy o poziomie protein poniżej 20µg/g?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7 – dot. zadania nr 6 poz.1 - pkt.10 wymagane parametry

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce zgodności z normą EN 455-1-2-3 potwierdzoną przez jednostkę notyfikowaną deklaracji zgodności z w/w normą wystawioną przez Wytwórcę jako podmiotu odpowiedzialnego za produkt?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8 – dot. zadania nr 6 poz.2 - pkt.18 wymagane parametry

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy winylowej bezpudrowej oznakowanej podwójnie jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9 – dot. zadania nr 8 - pkt.10 wymagane parametry

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za równoważne podanie czasu ochrony dla cytostatyków wyrażonego w minutach tj. "nie wykryto przebicia do 120 minut" co odpowiada 4 poziomowi ochrony wg EN 374-1 tabela 1?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10 – dot. zadania nr 9 poz. 2 - pkt.20 wymagane parametry

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic jałowych chirurgicznych o długości rękawicy min.285mm dla wszystkich rozmiarów, pozostałe parametry zgodne?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11 – dot. wzoru umowy

Prosimy o modyfikację § 3 ust. 1 w następujący sposób: „Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 25 zł za każdy 1 dzień roboczy opóźnienia w dostarczeniu zamawianej partii towaru – /godzinę* zwłoki (* Za godzinę w przypadku dostaw „cito”). Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 25 zł.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 12 – dot. wzoru umowy

Prosimy o modyfikację § 3 ust. 2 w następujący sposób: „W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji dostawy zgodnie z zamówieniem szczegółowym złożonym przez Zamawiającego lub w przypadku określonym w § 1 ust. 10 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 5 %, ale nie niższą niż 100 zł.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 13 – dot. wzoru umowy

Prosimy o modyfikację § 3 ust. 4 zdanie trzecie i czwarte w następujący sposób: „Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 25 zł za każdy dzień. Łączna wartość kar umownych naliczonych w ramach danego zadania nie może przekroczyć 10% wartości towaru w ramach tego zadania niedostarczonego lub dostarczonego z wadami.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 14 – dot. wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 10 % w § 3 ust. 5.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 15 – dot. wzoru umowy

Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez dodanie do § 6 ust. 2 pkt 3 następującego zapisu: „Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
Małgorzata Usielska