

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 33.16.80.00-5

Zadanie nr 1. Zestaw do protezowania dróg żółciowych

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Zestaw do protezowania dróg żółciowych -zestaw zmontowany, gotowy do użycia, składający się z protezy typu Amsterdam, cewnika prowadzącego i cewnika popychającego. - kompatybilny z prowadnicą 0,035" -proteza widoczna w promieniowaniu RTG -na długie lub krótkiej prowadnicy- do wyboru przez zamawiającego - system do repozycjonowania protezy w trakcie zakładania -długość protezy 5,7,10,12,15 do wyboru przez zamawiającego -średnica protezy 7;8,5;10; 11,5 Fr. - do wyboru przez zamawiającego	30 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 2. Proteza trzustkowa

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Proteza trzustkowa o średnicy 3/5/7 Fr. długość 5,7 9 cm.	25 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 3. Prowadnice endoskopowe

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Prowadnice endoskopowe -wielorazowego użytku, sterylizacja w autoklawie -końcówka nitylowa, widoczna w RTG, hydrofilna -pokrycie prowadnicy teflon -średnica 0,021"; 0,025"; 0,035" do wyboru przez zamawiającego -długość 480 cm +/- 30 cm -barwny system znakowania powłoki dla oceny ruchu	30 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 4. Balon ekstrakcyjny do dróg żółciowych

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Balon ekstrakcyjny do dróg żółciowych -wprowadzanie po prowadnicy 0,035" -po napełnieniu kształt jabłka -długość nosa maksymalnie 1,5 mm -znaczniki radiologiczne poniżej i powyżej balona	10 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 5. Balony wysokociśnieniowe do dróg żółciowych

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Balony wysokociśnieniowe do dróg żółciowych -długość balona 20-30-40 mm do wyboru przez zamawiającego -średnica balona po napompowaniu 4-6-8 mm do wyboru przez zamawiającego -wprowadzane po prowadnicy 0,035" -znaczniki rtg po obu końcach balona -długość narzędzia -minimum 180 mm	50 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 6. Cewnik do drenażu przezskórnego dróg żółciowych zewnętrzny

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Cewnik do drenażu przezskórnego dróg żółciowych zewnętrzny -średnica drenu 8,5 ; 10; 12; 14 Fr. - do wyboru przez zamawiającego	18 szt.

	- długość drenu 25 cm – 40 cm	
--	-------------------------------	--

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 7. Wielorazowy sfinkterotom typu PUSH/PULL

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Wielorazowy sfinkterotom typu PUSH/PULL - stabilizator - 20 mm	1 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 8. Poszerzadła mechaniczne do dróg żółciowych

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Poszerzadła mechaniczne do dróg żółciowych - średnica 5/7/8,5/ 10 Fr- do wyboru przez zamawiającego - temperowane	10 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 9. Igła do nakłucia dróg żółciowych

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Igła do nakłucia dróg żółciowych -teflonowa i/lub hydrofilna -długości 20-40cm -śr. od 2,5 do 4F -z metalowym zaostrzonym mandrynem, o śr. wewnętrznej przystosowanej do przewodników 0038	30 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 10. Prowadniki

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Prowadniki -sztywne /typu stiff/ śr. od 0032 do 0038 -długości 140-180cm -z miękkim końcem długości od 2 do 6cm, zagiętym pod kątem 15 do 45 stopni - koniec o wzmożonej widoczności podczas prześwietlenia. -przystosowane do współpracy z igłą do nakłucia dróg żółciowych	40 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 11. Dreny przezskórne wątrobowo-jelitowe

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Dreny przezskórne wątrobowo-jelitowe - długość 35-40 cm - do wyboru przez zamawiającego -średnica 8-10-12-14 Fr +/- 0,5 – do wyboru przez zamawiającego -dren widoczny w promieniach rtg	34 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 12. Przyrządy do endoskopii

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Kleszczyki jednorazowe owalne z bolcem: średnica kanału roboczego- min.2,8 mm, długość -160 cm	2.000 szt.
2.	Kleszczyki jednorazowe owalne z bolcem: średnica kanału roboczego – min.2,8 mm, długość –min.-230 cm	1.800 szt.
3.	Kleszczyki trójpalczaste do odzyskiwania polipów, wielorazowe: średnica kanału roboczego- min. 2,8mm, długość robocza 180-230cm	5 szt.
4.	Koszyk do odzyskiwania polipów 8-drutowy wielokrotnego użytku -3x6 cm ,długość robocza 220-240 cm, średnica kanału roboczego min. 2,8mm	5 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 13. Sondy nosowo jelitowe

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Sonda nosowo-jelitowa - French-8,długość-240 cm- wprowadzana endoskopowo	10 szt.
2.	Sonda nosowo-jelitowa - French-10,długość -240 cm-wprowadzana endoskopowo	20 szt.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.