

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Zadanie nr 1. Zestawy do dializy otrzewnowej typu CADO (dla 2 pacjentów).
Roztwory do dializ CPV 33.69.28.00-5. Wyroby do dializy nerkowej CPV 33.18.15.20-3)**

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość [szt./op.]
Zestawy do dializy otrzewnowej typu CADO (dla 2 pacjentów)			
1	Worek o pojemności 2-2,5 litrów: ^{1, 2} o zawartości wapnia 1,25mmol/litr i 1,75mmol/litr o zawartości glukozy 1,5%, 2,3%, 4,25%; GDP z 3-DG (deoxyglukozone) < 35 µmol/l; Na+ 134 mmol/l; pH ~7,0. Zamawiający wymaga w zależności od zapotrzebowania	Sztuka	2 900
2	Adapter/złączka ²	Sztuka	4
3	Przedłużacz do cewnika/ dren pośredni ²	Sztuka	4
4	Nakrętka ze środkiem dezynfekującym ²	Sztuka	2 900
5	Zacisk nożyczkowy (5 szt. - 1 op.) ²	Opakowanie	4
6	Środek dezynfekcyjny do połączeń ²	Sztuka	24
7	Środek dezynfekcyjny do rąk ²	Sztuka	24
8	Kompres gazowy 5 cm x 5 cm (3 szt. - 1 op.) ²	Opakowanie	500
9	Maseczki jednorazowe (100 szt. - 1 op.) ²	Opakowanie	16
10	Plaster wodoodporny do przyklejania opatrunku na brzuchu ²	Sztuka	500
Inne niewyszczególnione w pozycji od 1 do 10 elementy wyposażenia zestawu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia dializy (CADO):			
11	Podstawka - organizer	Sztuka	4
	Dzierżawa podgrzewaczy:		
12	Dzierżawa podgrzewaczy do płynów ³	Sztuka	2

1 - Zamawiający wymaga w zależności od zapotrzebowania.

2 - w formularzu asortymentowo – cenowym należy podać nazwę handlową.

3 - podgrzewacze do płynów kompatybilne z workami o pojemności 2l - 5l, opcja podgrzewania 4h i 8h oraz temperatura max. do 38°C.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę/opakowanie.

**Zadanie nr 2. Zestawy do dializy otrzewnowej typu ADO (dla 6 pacjentów).
Roztwory do dializ CPV 33.69.28.00-5. Wyroby do dializy nerkowej CPV 33.18.15.20-3)**

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość [szt./op.]
Zestawy do dializy otrzewnowej typu ADO (dla 6 pacjentów)			
1	Worek o pojemności 5 litrów: ^{1, 2} o zawartości wapnia 1,25mmol/litr i 1,75mmol/litr o zawartości glukozy 1,5%;2,3%, 4,25%, GDP z 3-DG (deoxyglukozone) < 35 µmol/l; Na+ 134 mmol/l; pH ~7,0. Zamawiający wymaga w zależności od zapotrzebowania	Sztuka	5 000
2	Linia główna do cyklera ²	Sztuka	1 550

3	Adapter/złączka ²	Sztuka	9
4	Przedłużacz do cewnika/ dren pośredni ²	Sztuka	9
5	Nakrętka ze środkiem dezynfekującym ²	Sztuka	2 160
6	Zacisk nożyczkowy (5 szt. - 1 op.) ²	Opakowanie	4
7	Środek dezynfekcyjny do połączeń ²	Sztuka	50
8	Środek dezynfekcyjny do rąk ²	Sztuka	40
9	Kompres gazowy jałowy 5cm x 5cm (3 szt. - 1 op.) ²	Opakowanie	1 200
10	Maseczki jednorazowe (100 szt. - 1 op.) ²	Opakowanie	30
11	Plaster wodoodporny do przyklejania opatrunku na brzuchu ²	Sztuka	1 450
Inne niewyszczególnione w pozycji od 1 do 11 elementy wyposażenia zestawu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia dializy (ADO):			
12	łącznik stabilizacyjny	Sztuka	8
13	łącznik CLIP	Sztuka	10
14	zestaw drenażowy	Sztuka	2
Dzierżawa wraz z uruchomieniem w domu chorego urządzeń niezbędnych do prowadzenia dializ otrzewnowych ADO (cyklery) - 7 szt. (6 szt. dla pacjentów, 1 szt. na oddział SPWSZ)			
15	Cykler Sleep-Safe ³	Sztuka	7
16	Dzierżawa podgrzewaczy do płynów ⁴	Sztuka	3

1 - Zamawiający wymaga w zależności od zapotrzebowania.

2 - w formularzu asortymentowo – cenowym należy podać nazwę handlową.

3 - Urządzenie typu CYCLER musi być kompatybilne z zaoferowanym sprzętem i workami, dostarczane będzie i uruchomiane w domu chorego. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą, serwisem i eksploatacją.

4 - podgrzewacze do płynów kompatybilne z workami o pojemności 2l - 5l, opcja podgrzewania 4h i 8h oraz temperatura max. do 38°C.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę/opakowanie.

UWAGA:

W PRZYPADKU GDY PRODUKT OBJĘTY ZAMÓWIENIEM PRZESTAŁ BYĆ PRODUKOWANY LUB NASTĄPIŁ TYMCZASOWY JEGO BRAK (W OKRESIE OD WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA DO UPŁYWU TERMINU NA SKŁADANIE OFERT), WARTOŚĆ POZYCJI PODAJE TYLKO TEN WYKONAWCA, KTÓRY POSIADA ZAPAS PRODUKTU WYSTARCZAJĄCY NA CAŁY OKRES REALIZACJI UMOWY. BRAK WYCENY JAKIEJKOLWIEK POZYCJI W ZADANIU SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.